

**2024 年 1 月改訂（第 4 版）

*2018 年 2 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001001089


機械器具（25）医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

イントラオーラルミラー Osung

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

アルミニウムコーティングガラス

3. 包装

1 枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

1. 撮影部位により適切な鏡を選択する。
2. 口腔内の歯牙等を鏡の部分に反射させ、撮影する。

**【使用上の注意】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
3. 素材のガラスは、過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折することがあるので、取り扱いには注意すること。
4. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
5. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
6. オートクレーブ滅菌不可。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 洗浄について
 - ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
 - ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
 - ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
 - ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
 - ・洗浄にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
 - ・洗浄後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：OSUNG MND CO., LTD.（オソン エムエヌディー社）

製造国：大韓民国