


リライニングカッターJ

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

作業部：超硬合金
シャンク：ステンレススチール

3. 包装

1 本/包

【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、プラスチック、シリコン又は同種の材料の研削や新生面の付与等に用いる研削器具である。

* 【使用方法等】

〔使用方法〕

ハンドピースに装着し、推奨回転速度で被切削物を研削する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。

タイプ	最高回転速度
HP. 040	50,000rpm
HP. 060	35,000rpm

2. 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
3. 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
4. ハンドピースの取扱説明書に従い、パーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
5. ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
6. 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
7. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
8. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

** 【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

3. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：JOTA AG
製造国：スイス