2018 年 10 月作成（第 1 版）　　届出番号：17B2X10001001384

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器　歯科用練成器具　JMDN コード：70682000

再使用禁止

シュアミキシングチップ

【禁忌･禁止】
1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

形状			
カラー	ピンク	グリーン	イエロー
タイプ	中	太	細
全長(mm)	81.7	85.9	69.0

■付属品
オーラルチップ
※イエローにのみ付属

2. 原材料
本体：EP ポリマー
オーラルチップ：EP ポリマー

3. 包装
ピンク：50 個　/　包
グリーン：50 個 / 包
イエロー：50 個+オーラルチップ（15 個） / 包

【使用目的又は効果】
本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】
1）ディスペンサーガン（別売）にカートリッジ（別売）を取り付ける。
2)カートリッジのキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、ペーストの試し出しを行い、2 種のペーストが均等に吐出されることを確認する。
3)カートリッジ先端に本品をしっかりと装着する。(カートリッジとミキシングチップの装着は､使用するカートリッジのミキシングチップ装着方法に準じる。)
4)ディスペンサーのレバーを握りペーストを押し出すと､練和物が本品先端より吐出される。

[使用方法等に関連する使用上の注意]
・使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
・ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。(ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる)
・本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

【使用上の注意】
1)本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
2)本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
3)本品を分解、改造などし、歯科練成器以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
1）高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2)保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１-９-１
電話番号：076-278-8800

製造業者：Sherpa Korea
（シェルパコリア社）
製造国：大韓民国