

機械器具（25）医療用鏡
（機械器具（02）医療用照明器）
一般医療機器 可搬型手術用顕微鏡 JMDNコード：36354020、
手術用顕微鏡 JMDNコード：36354010、汎用光源 JMDNコード：32037000

特定保守管理医療機器（設置）「Flexion マイクロスコープ（代表品）」の付属品

【禁忌・禁止】

該当製品以外に取り付けて使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】

1. 概要

以下の製品に取り付けて使用する。

| 販売名 | 届出番号 |
|-----------------------------|------------------|
| Flexion マイクロスコープ | 17B2X10001001416 |
| Flexion 設置型マイクロスコープ | 17B2X10001001555 |
| Flexion ツイン マイクロスコープ | 17B2X10001001424 |
| Flexion ツイン 設置型マイクロスコープ | 17B2X10001001556 |
| Flexion ライト マイクロスコープ | 17B2X10001001634 |
| Flexion ライト 設置型マイクロスコープ | 17B2X10001001635 |
| Flexion ツインライト マイクロスコープ | 17B2X10001001694 |
| Flexion ツインライト 設置型マイクロスコープ | 17B2X10001001695 |
| Flexion マイクロスコープ センサユニット | 17B2X10001002110 |
| Flexion 設置型マイクロスコープ センサユニット | 17B2X10001002111 |

共通付属品

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ハ ^レ リフォーカス保護キャップ | 滅菌キャップ（2個セット） |
| ガスア ^ド リング | 接眼ゴム |
| ノブキャップ（6個） | アーム用スクリュー |
| ハンドグリップラバ ^ー | MONO ホール用スクリュー |

| タイプ | 専用付属品 |
|-----|---|
| 可動型 | レティクルレンズ、アームエクステンション、キャスト ^ー 、可動式取付用セット、ツインマイクロスコープヘッド [※] |
| 設置型 | エクステンション100mm、モニターアーム天吊用アダ ^プ ター、天吊り式取付用セット、床固定式取付用セット、壁掛け式取付用セット、ツインマイクロスコープヘッド [※] |

※…ツイン、ツインライトのみ。

オプション品

| | |
|--|-----------------------------|
| ハ ^レ リフォーカス2 | ハ ^レ リフォーカス4 |
| ハ ^レ リフォーカス5 | スマートフォンアダ ^プ ター |
| SONY 電源アダ ^プ ター | 30° アングルエクステンダ ^ー |
| SONY カメラアダ ^プ ター APS-C 対応 | iPad ホルダ ^ー |
| ヒームス ^ト リッター | モニターアーム |
| IPD 調整ノブ | Canon 電源アダ ^プ ター |
| SONY カメラアダ ^プ ターフルサイズ一眼レフカメラ対応 | |

【使用目的又は効果】

手術用顕微鏡で、診察、治療時に術者の視野を拡大するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

各製品の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

- 添付文書及び取扱説明書を熟読し、十分な経験を積んだ者以外には本製品の操作を行わないこと。
- 使用前に必ず本品に、汚れ、腐食、損傷、欠け傷、かき傷等の異常がないことを確認すること。
- 機器の全般及び患者に異常がないことを絶えず監視すること。

- 使用後は次回の使用に支障がないように必ず清浄しておくこと。
- 機器の改造をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 下記の条件にて保管すること。（但し、結露しないこと）
 - 水のかからない場所。
 - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所。
 - 保管中、損傷しないように注意すること。
- 使用後は感染に十分注意しながら、血液、体液、組織等の汚れを除去すること。
- 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意すること。
- 本品に付着した埃は、フロアーや柔らかいブラシで除去すること。
- 長期間使用しなかった場合は、使用前に動作チェック、安全確認を行うこと。
※詳細は取扱説明書を参照すること。

【保守・点検に係る事項】

- 故障したときは製造販売業者の指示に従うこと。
- 必ず自主点検を行うこと。
※詳細は取扱説明書を参照すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：GJ-Optik GmbH & Co. KG
（シージェーオプティック社）

製造国：ドイツ