**2024年1月改訂（第3版）
*2019年8月改訂（第2版）

届出番号：17B2X10001001436

機械器具（55）医療用洗浄器
一般医療機器　洗浄針　JMDNコード：70459000

再使用禁止

フローチップ

【禁忌･禁止】
1)再使用禁止
2)劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3)器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】
1.形状・構造
下記の通り

サイズ	カラー	タイプ
18G	ピンク	曲
20G	ブラック	
22G	グレー	
23G	ブラック	
25G	ブルー	
27G	ブラック	

2.原材料
ポリプロピレン、ステンレススチール

3.包装
100個 / 袋

***【使用目的又は効果】**
本品は刃先を有しない針で、口腔内外、根管等の洗浄、異物等の吸引などに用いる。レジンの圧出を行うものもある。

***【使用方法等】**
［使用方法］
1)本品を専用シリンジに確実に装着する。
2)洗浄又は歯科材料の圧出を行う。
［使用方法等に関連する使用上の注意］
1)感染の恐れがあるため、本品の針管部には直接手を触れないよう注意すること。
2)プランジャーを無理に引かないこと。
3)接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。
4)折損等の原因となるので、針管の根元を曲げたり、針管部の反復折り曲げを行わないこと。
5)破損の可能性がある為、過度な締め付けをしないこと。
6)急激に押し出すと破損または脱落する恐れがあるため、ゆっくりと一定の圧力で注入すること。
7)本体に対して溶解性の高い溶剤の使用は避けること。
8)使用する液体の粘性によりチップが外れたりして液体が外に飛び出す可能性があるため、口腔外で試用すること。

***【使用上の注意】**
1)無理な角度、過度の加圧での使用は折れたり、曲がったりすることがあるのでしないこと。
2)本品のひび、破損、接合部の緩み及び液体の漏れ等について確認すること。
3)劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4)素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】
1)高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2)保管中、損傷しないように注意すること。

***【保守・点検に係る事項】**
使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地