**2020 年 12 月改訂（第 6 版）
*2020 年 10 月改訂（第 5 版）

届出番号：17B2X10001001450

機械器具（66）歯科用練成器

一般医療機器　歯科用練成器具　JMDN コード：70682000

再使用禁止

ウィングミキシングチップ

【禁忌･禁止】
1. 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
外観代表例は下記の通り

ヘビーボディ　　ライトボディ オーラルチップ付　　ジャックポットバイト





タイプ		全長×先端部内径	包装
ヘビーボディー		87.7×φ6.47	48 個 / 袋
ライトボディー		69.7×φ4.1	
クラウン & ブリッジ	1：1	65×φ0.85	
	1：10	73.7×φ0.8	
セメント用	ロング	49.7×φ0.75	50 個 / 袋
	ショート	38.7×φ0.6	
コアマテリアル		34.85×φ2.18	
ライトボディ オーラルチップ付		45×φ1.2	
		45×φ0.65	
ジャックポットバイト		56.76×12.31	

［寸法単位（mm）］

2. 原材料
ポリプロピレン
スクリュー:ポリアセタール樹脂

ジャックポットバイト：EP ポリマー

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

［使用方法］
1)ディスペンサーガン（別売）にカートリッジ（別売）を取り付ける。
2) 2 種のペーストがカートリッジから均等に吐出されることを確認する。
3)カートリッジ先端に本品を装着する。
4)使用前に試し出しをし、2 種のペーストが均等に練和されていることを確認し使用する。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
・使用前に使用するカートリッジに本品が適合することを確認すること。
・使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
・ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
・本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

1. 本品は単回使用医療機器であるため、再使用はしないこと。
2. 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
3. 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
4. 本品を分解、改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1)高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2)保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１−９−１
電話番号：076-278-8800

製造業者：DXM Co.,Ltd.（ディーエックスエム）
製造国：大韓民国