** 2024 年 1 月改訂（第 4 版）
* 2021 年 4 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001001582

歯科材料（03） 義歯床材料

一般医療機器　歯科用パターンレジン　JMDN コード：70833000

再使用禁止(先端チップ)

EZ-パターン LC

【禁忌･禁止】
1)本材は口腔内では使用しないこと。
2)本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1.形状・構造

性状	ゲル状
色調	レッド
先端チップ	先端径：1.2mm
有効波長域	350nm～480nm
重合時間(1mm)	LED ライト(ペン型診療室用光重合器)：約 20 秒（2300 mW/cm^2）
	UV/UVA ライト：約 3 分
※参考	ハロゲンライト：約 2 分

2.原材料
レジン：Bis-GMA 他
チップ：PP、ステンレーススチール

3.包装
シリンジ（12mL）×1、先端チップ×3 個 / 箱

【使用目的又は効果】

シリンジから押し出されたジェルを模型に築盛しインプラントジグ製作等に使用する。

【使用方法等】

［使用方法］
1)必要に応じて模型の表面にワセリン又は分離材を塗る。
2)シリンジのキャップを取り外し、先端チップをしっかりと装着する。
3)プランジャーを押して、ゲルを出し、築盛を行う。
4)築盛が終わったら光重合器で重合を行う。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1)本品は焼却用のパターンとして使用しないこと。(残渣が残る恐れがあるため)
2)光重合器の種類によって重合時間が異なるため、注意すること。
3)本材を注出する時に、過度の圧力をかけないこと。(漏れ、破損を引き起こす原因になる)

【使用上の注意】

1)本材の使用により過敏症状を起こした場合には使用を中止し、専門医の診断を受けること。
2)保護メガネ、手袋を装着して使用すること。皮膚に付着した際は、流水で洗浄すること。
4)本品が目に入った際は、すぐに流水で洗浄し医師の診断を受けること。
5)本品を火気の近くで使用しないこと。また、十分な換気がされている場所で使用すること。
6)本品は環境光（日光や蛍光灯）の影響を受けるので、使用後は直ちにシリンジのキャップを締めること。また、取り出した材料は直ぐに使用すること。

***【保管方法及び有効期間等】**

［保管方法］
1)高温多湿を避け、直射日光が当たらない室温で保管すること。
2)小児の手の届かないところに保管すること。
3)火気の近くに保管しないこと。

［使用期限］
容器に記載されている製造年月日より 2 年。
(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：HUDENS BIO CO., LTD.（ヒューデンス バイオ社）
製造国: 大韓民国