*2024 年 01 月改訂（第 2 版）
*2021 年 10 月作成（第 1 版）

届出番号：17B2X10001001673

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用研磨器材　JMDN コード：70907000

Ci 鹿皮ホイール

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
　下記のとおり

タイプ：レーズ用、エンジン用

2. 原材料
　鹿皮、綿糸

3. 包装
　レーズ用：1 個 / 包
　エンジン用：12 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

《レーズ用》
1)本品を歯科技工用電気レーズ等に取り付ける。
2)研磨材を塗布し、補綴物等の研磨を行う。
　※最大回転数：3,500rpm

《エンジン用》
1)本品をマンドレル（別売)に確実に装着する。
2)歯科用電動駆動装置に取り付ける。
3)研磨材を塗布し、補綴物等の研磨を行う。
　※最大回転数：8,000rpm

[使用方法に関連する使用上の注意]
・研磨を行う際は、保護眼鏡、防塵マスク等を使用すること。
・本材を回転器具に取り付ける際は、回転器具のメーカー指示に従って確実に装着すること。
・使用の際は必ず研磨材を使用すること。

【使用上の注意】

1. 破損、変形等のあるものは使用しないこと。
2. 本品に対して、形状変更等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

粉塵や化学薬品を避け、水のかからない場所で保管すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地