

機械器具（25）医療用鏡  
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード：31776000

再使用禁止

## ディスポミラー バリュー

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止。[感染予防のため。]

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 外観



#### 2. 原材料

ミラー部：ガラス  
ハンドル部：ABS樹脂

#### 3. 包装

100本 / 包

### 【使用目的又は効果】

口腔内診査又は歯科治療のために用いる。

### 【使用方法等】

ハンドル部を把持し、口腔内にて使用する。

### 【使用上の注意】

- 器具の形状変更や改造はしないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 子供等の診療・治療時においては、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本品を噛み、口腔内で破損し、怪我をする恐れがある。
- 破折等による誤飲の恐れがあるため、以下は行わないこと。  
①本品に対する曲げ、切削、加圧等  
②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
- 使用後は必ず破棄すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- 使用前に破損、ヒビ、先端及び柄部の傷がないか確認し、これらがある場合は使用を中止すること。
- オートクレーブ滅菌不可。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に 152 番地