**2022 年 3 月 1 日作成(第 5 版)
*2021 年 7 月 5 日作成(第 4 版)

医療機器届出番号　40B1X10003GE0036

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器　歯科用インプラント手術器具　70965001

911 キット

【禁忌・禁止】
①本製品を治療の目的以外に使用しないこと。
②劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
③器具の形態変更や改造等をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

① フィクスチャーリムーバー

② スクリュリムーバー

③スクリュリムーバーガイド

④フィクスチャー
リムーバースクリュ

⑤ アバットメントリムーバー



⑥ スクリュリムーバー
ガイドホルダー

⑦ＨＥＸリムーバー



⑧ トルクドライバー

⑨ トルクレンチ

⑩ マウントリムーバルドライバー

⑪収納ケース



【使用目的又は効果】
本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。手動式で、再使用可能である。

【使用方法等】
1．適当な器具を選択する。
2．使用前に滅菌が完了していることを確認する。
3．適切に処置を行う。
4．手術の間、使用済の器具は生理食塩水あるいは蒸留水に浸しておく。
5．手術後、洗浄のためにすべての使用した器具はアルコールに浸す。
6．血液や不純物を完全に取り除くため蒸留水あるいは流水で洗浄する。
7．乾いた布で拭くか温風循環器で完全に水分を取り除く。
8．オートクレーブ（132℃、15 分）で乾燥させ、室温で保管する。

【使用上の注意】
①術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
②素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注意すること。
③金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこと。
④使用後は、防錆洗浄後、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
⑤洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
⑥洗浄、消毒、滅菌後には、十分に水分を除去して保管して下さい。
⑦磨き粉、金属ウール、金属ブラシを使用しないで下さい。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
**製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050　FAX：092-409-4051

*総販売元：株式会社メガジェンジャパン
大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3-1-6
TEL：06-6281-3535　FAX：06-6281-3538

外国製造業者：MegaGen Implant Co.,Ltd.
(メガジェンインプラント)
外国製造所国：大韓民国