医療機器届出番号 : 40B1X10003GE0124

機械器具(60)歯科用エンジン

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

ジオミル ARUM5X200

【禁忌·禁止】

- 1. 本製品を治療の目的以外に使用しないこと。
- 2. 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- 3. 器具の形態変更や改造等をしないこと。

【形状・構造及び原理等】



〈構成〉

番号	構成部品名称
1	本体
2	電源ケーブル

※付属品として、別売のジグやスピンドルやカートリッジ等がある。

〈仕様〉

TT 140			
項目	仕様		
寸法 [マシン]	$743 \times 827 \times 1782 \text{mm}$		
重さ[マシン]	405 kg		
スピンドル回転数	60,000rpm		
軸	5軸		
入力電力	1 AC 200-250V, 50/60Hz, 15A		

【使用目的又は効果】

本品は複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いるものをいう。

【使用方法等】

- 1. 専用器具に CAD/CAM 材料を取り付ける。
- 2. 前面の扉を閉じ、スイッチを入れる。
- 3. CAD/CAM 材料をミリングする。

【使用上の注意】

- 1. 術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
- 2. 素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、 使用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注 意すること。
- 3. 金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこと。
- 4. 使用後は埃等を取り除くこと。
- 5. 【保守・点検に係る事項】を参照し、保守・点検を行うこと。
- 6. 可燃性ガスの付近では使用をしないこと。
- 7. 故障の際は、有資格者・専門家以外修理を行わないこと。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取り扱い説明書を参照すること。

- 1. 必ず定期的に点検を行うこと。
- 2. しばらく使用してない状態の後再度使用する場合は、必ず各部の作動確認を行ってから使用すること。
- 3. 故障した場合は、訓練を受けた有資格者以外は修理しないこと。また、修理は専門家に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者: 株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

(あるむ でんていすとりー)

外国製造所国 : 大韓民国