添付文書

2019 年 4 月作成 （第 1 版）　　製造販売届出番号：14B3X10015000008

機械器具　01　**手術台及び治療台**

一般医療機器　手術台アクセサリー　（JMDN コード:70469000）

再使用禁止

STRIP T'S　ストリップティーズ

【禁忌・禁止】

使用後は廃棄し、再滅菌したり再使用したりしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1.構造・形状

ディスポーザブルオーガナイザー

2.原理

本品は、手術覆布に張り付け、手術器具等を保持する。

3.原材料

ポリエステル

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリーをいう。手術中に使用されるチューブ類をはじめ様々な手術器具を保持・固定することにより、手術が円滑に進行できるようサポートする。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

①本品を包装より取り出し、破損がないか確認する。

2. 使用方法

①手術覆布に張り付ける。

②マジックテープを開き、手術器具等を置きマジックテープを閉じて固定する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

・包装が開封、破損、汚損等の異常が認められるものや使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
・使用後は院内の手順に従い廃棄すること。

2.不具合

・マジックテープの剥がれ

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

・高温多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。
・化学薬品の保管場所やガスの発生する所を避けて保管すること。

2.有効期間

製品ラベル参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社シルクス
神奈川県座間市東原３丁目１８－５
TEL　024-954-3817

製造業者　：Kapp Surgical Instrument Inc.
カッパー サージカル インストルメント
アメリカ合衆国