

2017 年 6 月(第 3 版) (新記載要領に基づく改訂)
2014 年 8 月(第 2 版)

届出番号 23B3X00006000017

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

滅菌ベンリーソフト a

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

スズラン株式会社

お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

綿100%のセルロース繊維から成る、不織布ガーゼを滅菌した製品です。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期限

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。