

2017 年 6 月（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）
2014 年 8 月（第 2 版）

届出番号 23B3X00006000036

医 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

滅菌縫ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
スズラン株式会社

お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼを滅菌した製品です。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期限

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。