**2023 年 8 月改訂（第 5 版）
*2020 年 8 月改訂（第 4 版）
医療機器届出番号：13B1X10109000112

機械器具　68　印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器　歯科印象採得用トレー
JMDN コード：16350000

3M™ インプレッション トレイ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本品はプラスチック製の歯科印象採得用トレーです。サイズは以下の 6 種類があります。
- 上顎用 S サイズ
- 上顎用 M サイズ
- 上顎用 L サイズ
- 下顎用 S サイズ
- 下顎用 M サイズ
- 下顎用 L サイズ

【使用目的又は効果】
印象採得用トレーとして用いる。

【使用方法等】
1. 適切なサイズのトレーを選びます。
   《使用方法に関連する使用上の注意》
   1) 印象材の厚みを十分に取ること。トレーと歯牙の間が狭くて印象材が薄くなると印象の精度に影響を及ぼします。
   2) 本品は 1 回のみオートクレーブによる滅菌(121℃30 分)が可能です。
   3) 乾熱滅菌器やケミクレーブは本品を損傷する恐れがあるので使用しないこと。
   4) トレーの当たる部分はカーバイドバー等で削ることができます。
   5) 必要に応じて遠心端をユーテリティワックスやパテでブロックします。
   6) 本品はペースト接着用シートを備えていますので、トレーアドヒーシブは不要です。
2. 印象材をトレーの維持部の端まで盛ります。
3. ゆっくりと歯軸に平行にトレーを圧接します。印象材が硬化後、撤去します。

【使用上の注意】
その他の注意
- 本品を誤って破損した場合、患者が破片を誤飲する恐れがあるので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法
- 高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
*　名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
**　TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

3M は 3M 社の商標です。

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。