**2023 年 8 月 改訂 （第 5 版）
*2020 年 8 月 改訂 （第 4 版）

医療機器届出番号：13B1X10109000118

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材
JMDN コード：70887000

トレーアドヒーシブ

【形状・構造及び原理等】
本材は、付加型シリコーン印象材とトレーを接着させる接着材で、赤色の粘性のある液体。

【使用目的又は効果】
付加型シリコーン印象材とトレーを接着させる接着材である。

【使用方法等】
1. 金属製、プラスチック製の既製トレー、又はレジン系のカスタムトレーを用意する。
2. 本材をトレーにブラシで薄く塗布して、室温で完全に乾燥させる。5～15 分乾燥させるのが理想的である。(直接手で触れて乾燥を確認すること。)

《使用方法に関連する使用上の注意》
1) 付加型シリコーン印象材以外の印象材(ポリエーテルなど)には使用できない。
2) 接着力が低下するため、厚く塗りすぎないこと。
3) アクリルレジンやベースプレート材で作ったトレー上では、本材だけでは必ずしも十分な接着性を得られないので、あらかじめ保持用の孔、アンダーカットなどを作っておく必要がある。また、バーなどでトレー表面を荒らすことも有効である。
4) カスタムトレー作製の際に用いたスペーサー用のパラフィンワックスはトレーから完全に除去しておくこと。
5) トレーについた本材は、エタノール液またはアセトン液を使用すれば清掃できる。
6) 容量オーバーになるため、複数のボトルの継ぎ足しはしないこと。
7) 使用後は、ふたをしっかり閉めること。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
   1) 本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
   2) 本材の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
   3) 本材は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
2. その他の注意
   1) 本材は可燃性のため、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。また適切な換気(1 時間あたり数回の換気)がなされている場所で使用すること。
   2) 本材を使用するにあたっては、本材が患者の症例に適合するかどうかを、歯科医師が判断すること。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
   1) 15～25℃
2. 有効期間
   1) 包装に記載［自己認証（製造元データによる）］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
* 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
** TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。