**2023 年　8 月 改訂　（第 5 版）
*2020 年　8 月 改訂　（第 4 版）
医療機器届出番号：13B1X10109000170

機械器具　58　整形用機械器具
一般医療機器　歯科矯正用バンドプッシャ
JMDN コード：31801000

ixion™ バンドプッシャー

【禁忌・禁止】
1. 本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
1. 原材料：ステンレススチール
2. 形状：代表的なものを下図に示す。



【使用目的又は効果】
金属帯環を歯の位置に合わせ、適合させるために用いる。

【使用方法等】
1. 使用前に滅菌済みであることを確認する。
2. 本品の先端部を金属帯環にあてがい、歯の位置に合わせて適合させる。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
   1) 本品にはニッケル及びクロムが含まれる。ごく少数ではあるが、これらの成分に対してアレルギー反応を起こす場合がある。アレルギー反応が生じた場合は、患者に医師の診断を受けるように指示すること。
2. その他の注意
   1) 未滅菌の状態で納品されるので、使用前に必ず滅菌すること。
   2) 使用前に必ず洗浄・滅菌（【保守・点検に係る事項】参照）をすること。
   4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液に浸漬すること。
   5) 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要以上の力を加えないこと。
   6) 頻繁に使用する場合は、6 ヶ月ごとに点検整備すること。
   7) 【保管方法及び有効期間等】に記載されていない保管方法による製品の劣化、又は不具合の発生は、全て術者の責任となる。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法
1. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥後、乾いた場所に保管すること。
2. 洗浄・滅菌済みの本品を貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管をすること。

【保守・点検に係る事項】
1. 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
2. 使用後は、直ちに洗浄液に浸漬して血液、体液、組織等の付着物を除去し、感染防止のために洗浄・滅菌すること。
3. 汚染除去に用いる洗浄液は、pH が中性の洗剤もしくは溶液を、適正な濃度で使用すること。

〔洗浄〕
4. 洗浄前に、余分な油分は使い捨てのペーパータオルでふき取ること。
5. 洗浄は中性洗剤もしくは溶液を用いてブラシをかけ、本品の表面および接合部を十分行うこと。
6. 洗浄後は清潔な流水で 3 分間すすぎ洗いし、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
7. 自動洗浄機を使用する場合は、医療用器具等に適した洗浄機を使用すること。
8. 自動洗浄後、本品に損傷もしくは腐食がないか確認すること。

〔滅菌〕
9. 複数の本品等の金属製品を滅菌する場合には、損傷の原因になることもあるので、互いに接触しないように注意すること。
10. 温度は 160°C を超えないようにすること。
11. 滅菌器メーカーの指示に従って、滅菌器内に本品を配置すること。

〔その他〕
12. 超音波洗浄器を使用する場合は、洗浄器メーカーや洗剤メーカーの使用説明書に従って使用すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
*　名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
**　TEL：0120-296-303（カスタマーコールセンター）

ixion は DB Orthodontics Ltd の商標です。