**2023 年 8 月改訂（第 5 版）
*2020 年 8 月改訂（第 4 版）
医療機器届出番号：13B1X10109000213

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具
JMDN コード：38782000

フロー 注入チップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
支持部がプラスチック製、注入部が金属製の小型のチップ

【使用目的又は効果】
低粘度レジンの注入用チップとして用いる。

【使用方法等】
1. 低粘度レジンのフィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン等のシリンジキャップを外し、本品をねじりながらシリンジにしっかりと取り付けます。なお、外したシリンジキャップは使用後の保管のため廃棄せずにとっておきます。
2. ペーストが先端でつまっていないことを確認するために、少量のペーストを出します。
3. もし、ペーストが先端でつまっていたら本品をはずして、直接シリンジから少量のペーストを出します。また、シリンジに何かつまっているようでしたら取り除きます。本品を再度取り付けてペーストを出します。
4. 使用後はシリンジから本品を取り外し、シリンジキャップを閉めて保管します。

《使用方法に関連する使用上の注意》
1) 本品を使用する際は、患者および術者は保護めがねを使用すること。
2) 本品は確実にシリンジに取り付けること。シリンジから外れると患者及び術者に大量の低粘度レジンが付着する恐れがあります。
3) 使用後に本品をシリンジから取り外す際は、保護手袋などを着用して低粘度レジンに触れないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法
高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
* 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
** TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。