**2023 年 8 月 改訂 （第 5 版）
＊ 2020 年 8 月 改訂 （第 4 版）

医療機器届出番号：13B1X10109000247

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器　歯科用充填・修復材補助器具
JMDN コード：38782000

スタンダード ディスポーザブル アプリケーター

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
1. 原材料：ABS 樹脂
2. 形状：下図に示す。

3. 原理：本品は、プライマー材又は接着材を混和し、塗布する器具である。

【使用目的又は効果】
プライマー材又は接着材を混和又は塗布するのに用いる。

【使用方法等】
1. プライマー材又は接着材をウェルに滴下する。
2. 本品を用いて、プライマー材又は接着材を混和する。
3. 本品の先端部のブラシに、プライマー材又は接着材を含ませ、歯面等へ塗布する。
   《使用方法に関連する使用上の注意》
   使用するプライマー材及び接着材の詳細については、それぞれの添付文書を参照すること。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
   1）本品は使い捨てであり、再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者
＊　名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
**　TEL：0120-296-303（カスタマーコールセンター）