

エルコプレス motion

【形状、構造及び原理等】


- 1) 形状、構造
 - ・本体



⑫ 電源ケーブル



フォイルリング



フォイルレセプション



モデルプレート



フォームポット

- ① 赤外線ヒーター
- ② 液晶タッチパネル
- ③ メインスイッチ
- ④ フォイルレセプション挿入口
- ⑤ フォイルフレーム固定箇所
- ⑥ 温度センサー
- ⑦ レール
- ⑧ 散弾収集受け
- ⑨ 電源接続コネクタ
- ⑩ フォームポット一式
- ⑪ コンプレッサー接続口、プレッシャーレギュレータ
- ⑫ 電源ケーブル

**2) 尺法

(W)350mm×(H)320mm×(D)430mm

*3) 電気的定格

電源電圧 : 100V

電源周波数 : 50/60Hz

消費電力 : 本体 380W、ヒーター 280W

センサー許容感知温度 : 240°C以下

圧力 : 6bar

【使用目的又は効果】

本品は、熱可塑性材料を加圧によって成型し、義歯床又は補綴物を作製する装置である。

【使用方法等】

※機器の詳細な操作方法は、取扱説明書を参照すること。

〈使用前の準備〉

- 1) プレッシャーレギュレータを本体に取り付け、その後圧力チューブを本体に接続する。
- 2) 電源コードを本体及び電源コンセントに接続する。
- 3) 本体その他に損傷がないか確認する。

〈使用中の操作〉

- 1) メインスイッチを ON にし、液晶タッチパネルの表示に従って温度センサーに汚れがないかチェックする。
- 2) 液晶タッチパネルの表示に従ってシート(熱可塑性材料)を選択する。
- 3) 選択したシートをフォイルレセプションにのせ、フォイルリングで固定する。また、フォームポットに散弾及び模型をセットする。
- 4) フォイルレセプションを、本体のフォイルレセプション挿入口に入れ、赤外線ヒーターの下まで押し込む。
- 5) フォイルレセプションが正しい位置に差し込まれると、自動的に加熱が開始される。目標軟化温度の 10°C 手前でシグナル音が鳴る。
- 6) 目標軟化温度に達すると自動的にフォイルレセプションが移動し、模型上に降りる。同時に加圧が始まる。
- 7) 液晶タッチパネルに表示された時間が経過するまで冷却を行う。シリンダーが上昇したのを確認し、フォイルレセプションをフォームポットごと引き出す。
- 8) 電源コードを電源コンセントから外す。

〈使用方法等に関する使用上の注意〉

・医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項

- 1) 熟練した者以外は機器を使用しないこと。
- 2) 機器を設置するときには、次の事項に注意すること。
 - 2)-1 水のかからない場所に設置すること。
 - 2)-2 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
 - 2)-3 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
 - 2)-4 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
 - 2)-5 電源の周波数と電圧及び許容電流値(又は消費電力)に注意すること。
 - 2)-6 電源の状態(放電状態、極性など)を確認すること。
 - 2)-7 アースを正しく接続すること。
- 3) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - 3)-1 スイッチの接触状態、極性、ダイヤル設定、メーター類などの点検を行い、機器が正確に作動することを確認すること。
 - 3)-2 アースが安全に接続されていることを確認すること。
 - 3)-3 すべてのコードの接続が正確かつ安全であることを確認すること。
 - 3)-4 機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこすおそれがあるので、十分注意すること。
 - 3)-5 電池・電源を確認すること。
- 4) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - 4)-1 診断・治療・加工に必要な時間・量をこえないように注意すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- 5) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
国名：ドイツ
- 5)-1 定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻したのち、電源を切ること。
 - 5)-2 コード類のとりはずしに際してはコードをもって引抜くなど無理な力をかけないこと。
 - 5)-3 保管場所については次の事項に注意すること。
 - i 水のかからない場所に保管すること。
 - ii 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - iii 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
 - iv 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
 - 5)-4 付属品、コード、コネクタなどは清潔にしたのち、整理してまとめておくこと。
 - 5)-5 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清潔にしておくこと。
- 6) 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家にまかせること。
- 7) 機器は改造しないこと。
- 8) 保守点検
- 8)-1 機器及び部品は必ず定期点検をおこなうこと。
 - 8)-2 しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。
- ・その他の注意事項
- 9) 本製品は 15°C以上の作業環境温度で作動させること。
 - 10) ヒーターには触れないこと。
 - 11) 常に監視下で作動させること。
 - 12) 本製品の周囲に、可燃性のものを置かないこと。
 - 13) 本来の目的以外の材料は使用しないこと。
 - 14) 本製品に用いるシートは直径 120mm、厚さ 5.5mm 以下の材料を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 1) 室温及び水のかからない乾いた場所に保管すること。
- 2) 長期保管したときは、使用前に始業点検をすること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 清掃
 - 1)-1 清掃、点検及び修理又は移動を行う際には必ず電源を取り外して行うこと。
- 2) 保守・点検
 - 2)-1 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
 - 2)-2 暫く使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正常に且つ、安全に作動することを確認すること。
 - 2)-3 取扱説明書を参照して点検すること。
 - 2)-4 レギュレータにはコンプレッサエアに含まれる水を分離する水溜がついている。水溜の max の位置を超えないよう適時排出すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

<製造業者>

ERKODENT Erich Kopp GmbH

取扱い説明書を必ずご参照ください。