

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料（70926000）
（歯科用練成器具（70682000））

クリンプロ ホワイト パーニッシュ F

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈適用対象（患者）〉

- 潰瘍性歯肉炎や口内炎のある患者には使用しないこと。
[炎症の拡大・悪化、灼熱感を引き起こす可能性があるため]
- ロジン及び本材に使用している成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には本材を使用しないこと。
（使用上の注意 1. 重要な基本的注意 5）、6）を参照）

〈使用方法〉

- 本材、アプリケーターブラシ、ディスポーザブル混和皿は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本材は、個包装にされた、エナメル質及び象牙質に適用する白色のペーストである。フッ化ナトリウム、リン酸三カルシウム(TCP) を含有しているため、コーティング層からフッ素イオン、リン酸イオン、カルシウムイオンが徐々に溶出する。

名称	性状	組成
クリンプロ ホワイト パーニッシュ F	ペースト	ロジン、溶媒、フッ化ナトリウム、その他

付属品：アプリケーターブラシ、練板紙、ディスポーザブル混和皿

2. 原理

本材は、フッ化ナトリウム、すなわち、フッ素イオンを含有するパーニッシュである。本材の塗布により歯面に付着し、周囲の歯面にも広がりコーティングされる。水分及び唾液により活性化され、固化したパーニッシュのコーティング層が象牙細管を機械的に閉塞(物理的バリア)し、象牙細管内や歯質表面において析出したフッ化カルシウム沈殿による耐酸性のバリア(化学的バリア)を形成して、知覚過敏抑制作用を発現する。

【使用目的又は効果】

以下のような部位の歯質の保護により、知覚過敏を抑制、防止する。

- 露出根面
- 矯正用ブラケットの周囲、初期う蝕、歯牙酸蝕の傾向のある歯面等とう蝕の危険性の高い部位等
- 未熟なエナメル質等

【使用方法等】

1. 適用部位への準備

通法に従い、歯面清掃を行う。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

形成したエナメル質や象牙質には使用しないこと。

2. 前準備

本材のパウチを開封し、練板紙もしくはディスポーザブル混和皿等に全量を取り出す。フッ化ナトリウムを含む本材は分離している場合があるので、アプリケーターブラシ等で混和する。

3. 塗布

本材を処置に必要な最少量だけ採取し、アプリケーターブラシ等を用いて、歯面に薄く塗布する。歯面と水平方向にスト

ロークさせて薄く塗る。軟組織に触れないように注意する。全量を使い切る必要はなく、処置面に薄い膜が出来る程度の量を使用すること。

4. 塗布後

- 患者に口を閉じるように指示する。塗布直後には洗口や吸引はしないようにする。
- 4 時間は本材を歯面に付着させるようにする。物理的刺激を与えなければ、フッ素、リン、カルシウムを 24 時間除放する。
- 24 時間後に本材が残留した場合は、歯ブラシやフロス等を使用して本材を除去する。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

- 塗布後 4 時間は歯面に付着させるために、以下の点に注意させること。
 - 飲み込まないようにさせること
 - 歯ブラシやフロスでの清掃は行わないこと
 - 食物等固形物の摂取は避けること
 - 温かい飲み物や洗口剤などアルコールを含有するものは避けること
- 24 時間後に本材が残留していて、歯ブラシやフロス等で本剤を取り除く時には、その残片を吐き出して飲み込まないようにさせること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 治療中に飲み込まないようにさせること。
- 処置に必要な最少量を処置箇所に薄い膜で塗布すること。
- 本材を塗布後 24 時間はフッ化物歯面塗布など他のフッ化物処置は行わないこと。
- フッ化物のサプリメントを摂取している子供に塗布した場合は、塗布から数日間はサプリメントの摂取を中止させること。
- ロジンに対してアレルギーの既往歴のある患者には使わないこと。万一、アレルギー反応が生じた場合は、必要に応じて専門医の診察を受けさせること。
- 炎症が続く場合には、専門医の診察を受けさせること。
- 患者、医療従事者を守るために保護めがねなどを着用すること。
- 万一、眼に入った場合には、すぐに大量の流水で十分に洗浄して専門医（眼科医）の診察を受けさせること。
- 本材は可燃性物質である溶剤を含むため、火気の近くで使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 室温で保管すること。
- 火気の近くに保管しないこと。
火気厳禁 第四類第一石油類（非水溶性）、危険等級Ⅱ

2. 有効期間

包装に記載 [自己認証(製造元データによる)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：ソルベントムイノベーション株式会社
TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

外国製造所の国名及び製造業者の名称

米国、ソルベントム ユーエス エルエルシー (Solventum US LLC)