

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDM コード 70976000
ビニル手袋(左右共有タイプ)ノンパウダー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を主材料とする手袋である。

形状:平手タイプ

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

包装を開封し、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- * かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。また、その後の使用に関しては慎重を期すこと。

2. 重要な基本的注意

- ・ 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- * ・ 薬品、溶剤等によっては、膨張したり浸透したりする場合があるので、確認の上、使用すること。
- ・ 油脂により材質が劣化する場合があるので、確認の上、使用すること。
- ・ 本品には、フタル酸系可塑剤を使用しており、特に油性または揮発性の液体に触れると、フタル酸系可塑剤が溶出する恐れがある。
- ・ この手袋の素材であるポリ塩化ビニルは、60℃以上の熱に弱いので熱いものに触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・ 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。
- ・ 蛍光灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないこと。

2. 有効期間

- * 製造年月日より 3 年[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者

センシンメディカル株式会社

製造業者

スーチョウ フル サン メディカル プロダクツ
(XUZHOU FULL SUN MEDICAL PRODUCTS LTD.)

国名: 中華人民共和国

お問合せ先

センシンメディカル株式会社

電話番号: 03-5802-0560