


類別：機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 一般的名称：歯鏡

JMDN コード：31776000

販売名：くもり難い!歯の裏チェック口腔内ミラー

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞



樹脂製の柄、ミラーヘッドおよび鏡面からなる器具。

＜組成＞

柄、ミラーヘッド：ABS 樹脂

鏡面：ポリエチレンテレフタレート

＜原理＞

鏡面にて診査、チェックする。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

口腔内の診査、チェック。

【使用方法等】

手に持って口腔内に挿入し、鏡面を使って診査して歯の汚れを目視確認する。

【使用上の注意】

- ・ 柄、ミラーヘッド、鏡面を確認し、破損、ヒビ、キズ等の異常があれば使用を中止する。
- ・ 使用後は、流水でよく洗浄し乾燥させて保管する。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

常温常圧

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社セイワ・プロ

大阪府松原市別所 2-3-20

電話 072-330-0334

FAX 072-330-0612