2010 年 8 月 4 日作成（新様式第 1 版）　　許可番号：08B3X10007000024 号

2016 年 5 月改訂

*2021 年 5 月改訂

器具器械 42 医療用剥離子
一般医療機器　歯科用起子及び剥離子　JMDN70683000

骨膜起子

【禁忌・禁止】
破折・破損等の原因になるため、改造等は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

骨膜起子／両頭

【原材料】
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】
口腔内手術で骨膜等、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具である。ただし、電動式のものを除く。

【使用方法】
骨の手術時に、骨膜を起こすような方法により骨剥離をする際に、本品の尖頭ヘラ・ヘラ部先端形態を手術内容に応じて器具選択し使用する。
［使用方法に関連する使用上の注意］
〇使用前に洗浄・滅菌をしてから使用すること。
〇本品は患者毎に取り替えて使用すること。

【使用上の注意】
① 本品は、歯科口腔外科用手術補助器具・骨膜起子です。直接火炎にさらさないこと。硬度が低下することが有ります。
② 使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。破損・曲がり等の原因になります。
③ 使用後は、器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
④ 本品の汚れ除去時には、ワイヤーブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。サビの発生・破折・性能・品質等の低下となります。
⑤ **本品はステンレス製です。一般歯科用の消毒は可能です。ただし、長時間薬液・水中に浸漬させないこと。尚、オートクレーブ・ケミクレーブの使用は可能です。また、次の薬液消毒剤は金属腐食を起こす恐れが有りますので使用しないこと。超酸性水・次亜塩素酸ナトリウム・塩化ベンザルコニウム・ポビドンヨード・ホルマリン・フェノール・グルコン酸クロルヘキシジン・止血剤・フッ化ジアンミン酸等。**
⑥ **強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、器具を変色・腐食させる恐れがありますので使用を避けること。また、金属タワシ・クレンザー(磨き粉等)は、器具の表面が損傷するため汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。**
⑦ 金属疲労などで破損の恐れがあるため、長期間使用しないこと。
⑧ アレルギーが認められる方には使用しないこと。
⑨ 本品は、使用目的の用途記載以外は使用しないこと。
⑩ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
〇水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
〇本品は、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びる恐れがありますので、湿度が低く清潔な場所に保管すること。
〇滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐ為に清潔な場所で適切に保管・管理すること。

［有効期間等］
本品は使用有効期限を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下することがあるため適宜新しい物と交換すること。

【保守・点検に係る事項】
使用(滅菌)前・使用後に破損、ヒビ、傷、変色、腐食等の異常がないか点検すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【包装】
１本入包装

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元：株式会社　背戸製作所
住　　所：〒300-4223
茨城県つくば市小田 4596-1
電 話 番 号：029-867-0376
ＦＡＸ番号：029-867-0439

【販売業者の氏名又は名称等】
販 売 業 者：株式会社　日本歯科工業社
住　　所：〒110-8530
東京都台東区上野 5-12-8
電 話 番 号：03-3836-2191
ＦＡＸ番号：03-3836-2199