ENS021004191000

添付文書管理番号：　ENS-021
承認番号　：　22200BZX00093000

＊＊2019年10月改訂（第4版）
＊　2018年4月改訂（第3版）

機械器具(２１)　内臓機能検査用器具

高度管理医療機器　心臓カテーテル用検査装置　70052003

特定保守管理医療機器　「エンサイトシステム　Velocity」の付属品

（レコードコネクト）

【警告】
1. 本付属品の使用中は、常に患者の状態に注意すること。［患者に意図しない有害事象が発生する可能性がある。］

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
1. 滅菌禁止。
2. 超音波や化学溶液による洗浄処理の禁止。［故障する可能性がある。］

【形状・構造及び原理等】
1. 概要
本付属品は、エンサイトシステムの付属品であり、EPカテーテル、心臓カテーテル用検査装置及び心電図電極をエンサイトシステムに接続するための専用接続モジュールである。
2. 形状及び外観等

	各部名称
①	ケーブル
②	カテーテルインプットモジュールコネクタ
③	ECG ケーブルコネクタ
④	ケーブル

【使用目的又は効果】
＜使用目的＞
本付属品は、心臓電気生理学的検査において、標準的な電気生理学的検査用電極カテーテルと組み合わせて使用し、心腔内電位を記録して不整脈の診断を補助する目的で使用される。

【使用方法等】
(詳細は取扱説明書を参照)
＜使用方法＞
1. 一般的な使用方法
（1）使用前に本付属品のパッケージ及び製品が意図したものであると共に、損傷等がないことを確認する。
（2）本付属品のケーブルをエンサイトアンプ（本付属品に含まれない。）に接続する。
（3）患者に心電図電極を貼付け、ECGケーブル（本付属品に含まれない。）に接続する。
（4）ECGケーブルをECGケーブルコネクトに接続する。
（5）ECGケーブルコネクトを本付属品に接続する。
（6）患者の心腔内にEPカテーテルを挿入し、カテーテルインプットモジュール（本付属品に含まれない。）に接続する。
（7）本付属品のカテーテルインプットモジュールコネクタにカテーテルインプットモジュールを接続する。
（8）本付属品のケーブルを心臓カテーテル用検査装置に接続し、心臓カテーテル用検査装置の電源を入れ、EPカテーテル、カテーテルインプットモジュール、エンサイトアンプ等の全ての接続に問題がないか確認する。
（9）エンサイトシステムのセットアップおよびバリデーションを実施し、ArrayモードおよびNavXモードでの測定を開始する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. 全般的な注意
（1）各コネクタやピンジャックに金具を差し込んだり、直接手を触れないこと。［患者及び術者が電撃を受けたり、故障の原因となる可能性がある。］
（2）本付属品をアルコールのような有機溶剤で拭かないこと。
（3）本付属品を直接電極カテーテル等に接続しないこと。［患者に感染が生ずる可能性がある。］
（4）本付属品を液体に浸さないこと。［故障する可能性がある。］
2. 使用中の注意
（1）電極および関連するコネクタや導線同士が互いに接触したり、これらを地面に接触させないこと。［電磁干渉等が発生し、正しく測定できないことがある。］
（2）本付属品を過度に曲げたり、よじったりしないこと。［断線等が起こる可能性がある。］
3. 使用後の注意
（1）機器は次の使用に支障のないように、必ずクリーニングの実施をすること。

＊＜組み合わせて使用する医療機器＞
本付属品と組み合わせて使用可能な専用の心臓カテーテル用検査装置は以下の通りである。

販売名	製造販売業者	承認番号
エンサイトシステム Velocity	**アボットメディカルジャパン合同会社	22200BZX00093000
エンサイト ベロシティシステム	日本光電工業株式会社	22200BZX00086000

【使用上の注意】
(詳細は取扱説明書を参照)
＜不具合・有害事象＞
＜重大な不具合＞
本付属品の使用に伴い、以下のような不具合の可能性がある。
・コードの断線および損傷、又はコネクタの損傷、接続不良等

【保管方法及び有効期間等】
＜保管の条件＞
1. 液体のかからない場所に設置、保管すること。
2. 気圧・温度・湿度・風通し・日光に留意し、ほこり・塩分・イオウを含む空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所で保管すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所で保管しないこと。
4. 保管時温度：–25～60℃
5. 使用環境温度：18～35℃
6. 使用湿度範囲：90%以下（結露無きこと）

【保守・点検に係る事項】
＜使用者による保守点検事項＞
1. 本付属品には使用者による保守が可能な部品は使用されていない。不具合、故障に加え以下を発見した時は、使用を中止し、販売業者又は製造販売業者に問い合わせること。
（1）物理的な衝撃が加わった場合。
（2）ひび割れや劣化等の損傷、接続緩み又は変色の有無
2. 使用前には必ず以下の点検を行うこと。
（1）ケーブル類の劣化、接続の緩み又は変色の有無。
（2）本付属品のクリーニング済みの有無
3. 本付属品をクリーニングする場合は、中性洗剤で湿らせた布を使用し、穏やかに拭くこと。洗浄パウダーや洗浄液を使用しないこと。（【使用上の注意】＜使用方法等に関連する使用上の注意＞1.全般的な注意(2)参照。）

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
＊＊製造販売業者：アボットメディカルジャパン合同会社
03–6255–6370
製造業者（国名）：セント ジュード メディカル エイトリアル フィブリレーション ディビジョン社
（アメリカ合衆国）
St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc.