2024年1月作成（第1版）

添付文書管理番号：　ACC-014
承認番号：　23100BZX00090000

機械器具（７）　内臓機能代用器

高度管理医療機器　植込み型ペースメーカアダプタ　36102000

「コネクタピン変換アダプタ」の付属品

（シリコーンオイル）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
1．再使用禁止。
2．再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】
1．概要
植込み型パルスジェネレータのコネクタへの挿入時等に用いられる潤滑油である。

2．構成

型式	原材料※1
AC−0130	シリコーンオイル

※1 血液・体液に接触する原材料のみ記載。

【使用目的又は効果】
＜使用目的＞
本品は、植込み型ペースメーカリード等を植込み型パルスジェネレータ※(以下、PG)に接続するために用いられるアダプタ及びPGシステムを留置する際に用いられる付属品の全て又は一部の付属品である。

※　植込み型心臓ペースメーカ、自動植込み型除細動器、除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ、除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータが該当する。

【使用方法等】
＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1．リードのコネクタ部にシリコーンオイルをつけないこと。

【保管方法及び有効期間等】
＜有効期間＞
ラベルに表示された使用期限内に使用すること。［使用期限は自己認証による。］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：アボットメディカルジャパン合同会社
03−6255−6370
製造業者（国名）：ペースセッター社
（アメリカ合衆国）
Pacesetter, Inc.

併用医療機器の取扱説明書を必ずご参照下さい。