2024年9月作成（第1版）

添付文書管理番号：　NMD-076
承認番号：　30600BZX00188000

機械器具(１２)　理学診療用器具

高度管理医療機器　振せん用脳電気刺激装置　37307000

「Liberta RC ニューロスティミュレータ」の付属品

（マグネット）

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

磁気共鳴システム（MRI）。［強磁界により植込み型パルスジェネレータ（以下、「IPG」という）又は体外式パルスジェネレータ（以下、「EPG」という）との交信不全や本品の物理的破損、IPG又はEPGのソフトウェアが破壊され、正常な機能を保てなくなる等の可能性がある。］

＜使用方法＞

1．滅菌処理の禁止。［故障する可能性がある。］
2．超音波や化学溶液による洗浄処理の禁止。［故障する可能性がある。］

【形状・構造及び原理等】

1．概要

本付属品（マグネット）は、IPG又はEPGの刺激を開始又は停止するために使用する。また、IPG又はEPGと併用するプログラマ間のBluetoothによるペアリングに使用する。

2．構成

通常、本品は他の併用医療機器と組み合わされて1つの製品として出荷されるが、単独で取り扱われることもある。

名称	型式名
マグネット	1210

3．形状及び寸法等

（1）マグネット



4．各部の機能及び動作

名称	機能
マグネット	本付属品（マグネット）は、併用するプログラマにてマグネットが有効になっている場合、IPG又はEPGの刺激を開始又は停止するために使用する。また、IPG又はEPGと併用するプログラマ間のBluetoothによるペアリングに使用する。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、薬物療法により十分な改善が得られないパーキンソン病、ジストニア症状、もしくは、本態性振戦の症状を有する患者に適用される脳深部刺激療法(DBS：Deep Brain Stimulation)を提供する際、電気刺激を発する植込み型振せん用スティミュレータ及びその付属品である。本体からの電気刺激は、脳深部に留置されたリード(本品には含まれない)を介し、脳深部を刺激し、パーキンソン病に伴う諸症状、ジストニア症状、もしくは、本態性振戦の症状の緩和を図ることを目的としている。

＜使用目的又は効果に関連する使用上の注意＞

本システムを用いたDBS療法は、パーキンソン症候群に対する効果は確立されていない。そのような患者へは使用しないこと。

【使用方法等】

詳細は本品及び併用医療機器の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

＜使用方法＞

（一般的な使用方法）

1．IPG又はEPGとの交信

マグネットをIPG又はEPGに対してあてて、交信を行うIPG又はEPGを選択し、ペアリングを行う。

2．刺激のON/OFF

医師用プログラマ(併用するプログラマ)での設定により、マグネットによる刺激のON/OFFを行うことができる。マグネットによる刺激のON/OFFの方法は以下のとおり。

（1）マグネットの保護バーを外し、IPG又はEPGにマグネットをあてることで、ON/OFFの切り替えを行う。
（2）マグネットを離し、保護バーを装着する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1．使用前の注意

（1）パッケージや各構成品に損傷や異常の兆候が認められる場合はその製品は使用しないこと。
（2）不測の事態に備え、常に正常に機能している又は新品の代替品を利用できるようにしておくこと。

＜組み合わせて使用する医療機器＞

本付属品と組み合わせて使用可能なIPG又はEPGは下表のとおりである。

販売名	承認番号	製造販売業者
Genesis Single 8 ニューロスティミュレータ	22100BZX01038000	アボットメディカルジャパン合同会社
EON Mini Dual 8 ニューロスティミュレータ	22100BZX01088000	
EON C Dual 8 ニューロスティミュレータ	22300BZX00416000	
Brio Dual 8 ニューロスティミュレータ	22500BZX00451000	
Prodigy MRI Dual 8 ニューロスティミュレータ	22900BZX00094000	
Proclaim Elite MRI Dual 8 ニューロスティミュレータ	22800BZX00117000	
Proclaim XR MRI Dual 8 ニューロスティミュレータ	22800BZX00117A01	
SCS体外式刺激装置	22800BZX00119000	
Infinity Dual 8 ニューロスティミュレータ	22900BZX00166000	
DBS 体外式刺激装置	22900BZX00199000	
Eterna ニューロスティミュレータ	30600BZX00187000	
Liberta RC ニューロスティミュレータ	30600BZX00188000	

【使用上の注意】

1．その他の注意

（1）機器は次回の使用に支障のないように、必ず清浄にしておくこと。
（2）汚れた場合には、**【保守・点検に係る事項】**＜使用者による保守点検事項＞2.に従いクリーニングを行うこと。

2．患者への注意
（1）本品を使用する患者に次の注意を促すこと。
1）患者向けしおり（患者向け取扱説明書）を熟読し、使用方法や使用上の注意を守って適切に使用すること。
2）保管に際しては、以下の点に注意すること。
・**【保管方法及び有効期間等】**＜保管方法＞に記載の場所・条件にて保管すること。
・子供の手の届かないところに保管すること。
・マグネットは非常に強力なため、時計、クレジットカード、磁気ディスク等の磁気に敏感な機器に近づけないこと。使用しないときには常にマグネットに保護バーを付けておくこと。

＜相互作用＞
1．併用禁忌（併用しないこと。）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴システム（MRI）	影響下に持ち込まない	強磁界によりIPG又はEPGとの交信不全や本品の物理的破損、IPG又はEPGのソフトウェアが破壊され、正常な機能を保てなくなる等の可能性がある。

2．併用注意（併用に注意すること。）
強力な電磁エネルギーを発生させる装置の近傍では、IPG又はEPGとの交信に影響を及ぼす可能性がある。影響があった又は疑われた場合には、そのような装置の使用を中止するか、その場から離れて使用すること。また、IPG又はEPGの刺激パラメータや設定等が変更されている可能性があるので、影響を受けた可能性がある場合は、パラメータや設定等を確認すること（IPG又はEPGと併用する医療機器の取扱説明書及び添付文書の**【禁忌・禁止】**＜併用医療機器＞、**【使用上の注意】**＜相互作用＞の項参照）。

＜不具合・有害事象＞
＜その他の不具合＞
マグネット各部の損傷や機能不全等により、電気刺激の出力や適切な操作ができなくなる可能性がある。
＜重大な有害事象＞
時間の経過に伴い、好ましくない刺激の変化が現れることがある。刺激の変化は、電極周囲の組織の細胞変化、電極位置の変化、電気的な接続のゆるみ、又はIPG又はEPGやリード等の不具合に関連する可能性がある。
＜その他の有害事象＞
近辺の一般電気機器や通信機器等への干渉や通信障害が発生する可能性がある。

＜妊婦、産婦、授乳婦への適用＞
妊娠中又は授乳中の患者に対する本品の使用は、その安全性や有効性が確立されていないため、そのような患者へは慎重に使用すること。

＜小児等への適用＞
小児患者に対する本品の使用は、その安全性や有効性が確立されていないため、そのような患者へは慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】
＜保管方法＞
1．液体のかからない場所に保管すること。
2．磁気に敏感な機器等から避けて保護バーをつけて保管すること。

【保守・点検に係る事項】
＜使用者による保守点検事項＞
1．本品には使用者による保守が可能な部品は使用されていない。故障に加え以下を発見したときは、適切な表示をして使用を中止し、製造販売業者又は販売業者に問い合わせること。
（1）物理的衝撃が加わった場合。
（2）ひび割れ等の損傷があった場合。
2．マグネットをクリーニングする場合は、水と少量の中性洗剤で湿らせた布で穏やかに拭くこと。また水分を多く含んだ布やアルコール、中性洗剤以外の洗浄液・溶剤を使用しないこと。
3．オートクレーブ、放射線滅菌、超音波洗浄及びガス滅菌を本品に施さないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：アボットメディカルジャパン合同会社
03–6255–6370
製造業者（国名）：アドバンスド ニューロモデュレーション システムズ社
（アメリカ合衆国）
Advanced Neuromodulation Systems, Inc.