

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 整形排液用カニューレ（JMDN コード：70352000）

LIPO 吸引カニューレ 4. 0 / 2 6 0 CS

【禁忌・禁止】

- ① 器具の改造などの二次加工は破損の原因になるので絶対に行わないこと。
- ② 本器にアレルギーを示す患者に使用しないこと。
- ③ 使用前、再使用の場合は、必ずオートクレーブ滅菌処理を行うこと。
- ④ 本体の廃棄は、医療廃棄物・バイオハザード以外の取り扱いとして廃棄してはならない。

【形状、構造及び原理等】

使用素材は、ステンレス（SUS 3 0 4）を使用し耐薬性、耐圧性としジョイント部分は、吸引器や回収容器に接続し易いようロック式に加工している。また、先端は研磨し横穴式としている。素材は、JIS T0993-1：2005 の医療機器の生物学的評価－第一部：評価及び試験に適合している。

【使用目的又は効果】

他のカニューレに分類されない整形排液用カニューレをいう。

【使用方法及び使用上の注意】

- ① 本品による組織採取は、感染防止用の手袋をご利用ください。
- ② 本品は、使用前に必ずオートクレーブ滅菌処理を行ってください。
- ③ 再使用の場合は、超音波洗浄後オートクレーブ滅菌処理を行ってください。
- ④ 穿刺部位に、穿刺し注入、採取等を行ってください。
- ⑤ 接合部に緩みがないよう、シリンジ等と接合してください。また、使用中は定期的に緩みがないよう、外れることがないよう確認してください。
- ⑥ 過度な締め付けは行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 直射日光を避け、高温多湿で無い場所に保管してください。
- ② 包装材料を傷つけないように注意の上、保管してください。
- ③ 使用前に著しいキズ、破損が無いことを確認の上ご使用ください。使用できない場合は、所定の処理方法で破棄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：セルソース株式会社
電話番号：03-6455-5308