医療用品 01　画像診断用自己現像フィルム　JMDN40983000
一般医療機器　単回使用

ブルーサーマルフィルム UPT-736BL

再使用禁止

【警告】
◆使用期限（包装に記載）を過ぎた製品は、使用しないでください。

【禁忌・禁止】
◆ 再使用禁止。　二重プリントをしないこと。
◆ 弊社指定の機器以外でプリントしないこと。

【形状・構造及び原理等】

［形状・構造］
支持体に感熱材料を塗布したものです。

［動作原理］
フィルム感熱材料層にサーマルイメージャーからの熱が加えられると、発色反応を起こし、目に見える黒い画像が形成されます。この黒い画像が診断画像となります。

【使用目的、又は効果】

画像診断用イメージャ用に使われるフィルムをいいます。

【使用方法等】

［装置］
本フィルムに適合した弊社指定の専用装置で使用し、装置の使用方法に従うこと。

［指定機器］
画像診断用イメージャ　デジタルフィルムイメージャー
製造販売届出番号　14B2X10061000001

［フィルムの装填］
未撮影のフィルムを装填して使用すること。

【使用上の注意】

［重要な基本的注意］
① 開封後はなるべく早めに使用すること。
② 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
③ フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
④ 静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
⑤ 濡れた手による取扱いは避けること。
⑥ 二重プリントをしないこと。
⑦ 使用目的以外に使用しないこと。
⑧ 長時間高温度下での取扱いは避けること。特にスポットライトやＯＨＰを使用する場合には注意すること。
⑨ フィルムは高温となる場所（窓際、暖房器具）のそばでの保管・放置は避けること。

［その他の注意事項］
⑩ フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】

１）保管方法
フィルムは直射日光を避けて、放射線やＸ線及び有害ガス(フォルマリンガス、硫化水素ガス等)の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

２）有効期間
有効期間(使用期限)は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ソニー株式会社
お問合わせ先：0120-788-333

製造業者：王子イメージングメディア株式会社

デジタルフィルムイメージャー本体の取扱説明書を必ずご参照下さい。