

機械器具 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ（JMDN コード：16779000）

MicroAire PAL 単回使用吸引チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ① 器具の改造などの二次加工は破損の原因になるので絶対に行わないこと。
- ② 本器にアレルギーを示す患者に使用しないこと。
- ③ 再使用をしないこと。
- ④ 検体採取後の廃棄は、医療廃棄物・バイオハザード以外の取り扱いとして廃棄してはならない。

【形状・構造及び原理等】

＜構造＞

本品は、チューブからなり、単回使用である。



PAL-1200

＜原材料＞

合成樹脂（Colorite Durometer）

【使用目的又は効果】

柔軟性のある合成樹脂製のチューブで、吸引器と接続されるカニューラと回収容器等を接続し、吸引した脂肪吸引液の除去に使用する。

【使用方法等】

本品は、脂肪吸引器に接続して使用する。

1. 必要に応じて手袋を着用しておく。
2. 使用期限内であることを確認し、本品の汚染に注意して包装を開封し、本品を取り出す。
3. 装置と接続する本品を確実に接続する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・ 接続部に緩みのないことを確認してから使用すること。
- ・ 本品に衝撃を与えないこと。[破損のおそれがある。]
- ・ 接続部に薬液や血液等が付着すると、接続部に緩み等が生じるおそれがあるので注意すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・ 本品を使用する際は、必ず添付文書を確認すること。
- ・ 併用する医薬品や医療機器がある場合は、それらの添付文書も併せて確認すること。
- ・ 本品は、医師の管理下で適切に使用すること。
- ・ 使用前、包装や内容物に破損や汚損、水ぬれ等の異常がないことを確認すること。万一、異常が確認された場合は、使用しないこと。
- ・ 使用目的以外には使用しないこと。
- ・ 開封後はすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、安全な方法で適切に処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・ 水ぬれに注意し、高温多湿や直射日光を避けて保管すること。
- ・ 包装材料を傷つけないように注意の上、保管すること。

＜使用期限＞

- ・ 直接の被包に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

創作メディカル株式会社
千葉県船橋市本町五丁目 2 番 1 5 号松寿ビル 6 F
TEL：047-455-3564

＜製造業者＞

製造業者名：マイクロエア・サージカル・インストルメント社
国名：アメリカ合衆国