

機械器具 38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000

レトラクターNo. 0

【警告】*

- ① 本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。[折損の原因となる]
- ② 本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱い及び改造を行わないこと。[製品の寿命を著しく低下させる]
- ③ すべての手術器具は使用によって受ける反復的応力により疲労にさらされる。明らかな疲労が見られる場合には無理に使用せずに新しいものと取り替えること。

【禁忌・禁止】*

- ① 本書記載の【使用目的又は効果】以外の使用目的には使用しないこと。[誤った使用法は本品の折損その他予期せぬ事象を招くおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、整形外科における人工関節置換時に使用する板状のハンドルを持ち、先端に向かってカーブしている鉤である。



製品番号: H0802

全長: 190mm ハンドル部幅: 30mm
ハンドル部厚さ: 4.2mm ハンドル部内径: 18mm
先端部幅: 18mm

2. 組織・体液に接触しうる部位の原材料*: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】*

本品は、人工関節置換手術等の関節手術に用いる手動式手術器械である。

【使用方法等】**

本品は出荷時未滅菌の為、使用前に使用者側で必ず適切な洗浄・滅菌した上で使用すること。

本品は出荷時未滅菌の為、使用前及び再使用前には適切な方法で洗浄し、下記条件又は各医療機関で検証された条件により高圧蒸気滅菌を行い、滅菌後の無菌性の保証については、各医療機関にて行うこと。

洗浄・滅菌方法の代表例

以下に洗浄・滅菌方法の代表例を示したが、洗浄・滅菌に当たっては院内の規程に従うこと。

洗浄方法

- (1) 製造元の指示に従い、中性洗剤を準備する。
- (2) 柔らかい毛のブラシあるいは柔らかく清潔な布で、洗浄液に浸したまま手で本品を洗浄する。
- (3) 温水で少なくとも1分以上洗い流し、十分すすぐ。
- (4) 洗浄後、目視にて血塊等がないことを必ず確認する。
- (5) 清潔な柔らかい布を用い、完全に水気を拭き取る。

滅菌方法

- (1) 高圧蒸気滅菌
1) 重力差空気除去滅菌
方法: 包装、時間: 15分、温度: 132℃
2) 強制空気除去滅菌
方法: 包装、時間: 3分、温度: 132℃

【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の先端部は特に、取り扱い、洗浄・滅菌方法、保存状態により、腐食、損傷、破損、掻きキズなどを生じさせる恐れがあるので注意すること。又、異常が見られる状態(腐食、ひび、曲がり)では使用しないこと。
- (2) ①本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
②本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその感染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。
③本品がプリオン病の感染患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った対応を行うとともに、プリオン不活性化に必要な洗浄、滅菌が行われないまま別の患者に使用されることがないようにすること。

[令和3年7月13日 医政総発 0713 第1号/医政地発 0713 第1号/健難発 0713 第3号/薬生機審発 0713 第1号/薬生安発 0713 第1号/薬生監麻発 0713 第21号に基づく記載]

**

【保守・点検に係る事項】*

- ・日常点検及び使用前点検を行い、製品に異常な亀裂や傷がないかを必ず確認すること。
- ・本品の使用後は血液、体液が乾燥する前に直ちに洗浄を行うこと。
- ・血液や残片物を取り除き、稼動部分が全て十分に洗浄されているかを確認すること。また、洗浄時に他の器具との接触による損傷をさせないように配慮すること。
- ・洗浄後は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置しないこと。ステンレス鋼は錆びにくい材質ではあるが、保存条件によっては腐食が発生することがある。
- ・本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液にさらされた場合には、直ちに流水で洗浄すること。

この添付文書は、本品を安全にご使用いただくためのものです。
この添付文書をよくお読みになり、内容を十分ご理解された上でご使用ください。 **

【主要文献および文献請求先】**

令和元年度厚生労働科学研究「プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する研究班」及び日本神経学会

機械器具 38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000

レトラクターNo.0

「プリオン病感染予防ガイドライン(2020年版)」

http://prion.umin.jp/guideline/pdf/cjd_2020v6.pdf

[令和3年7月13日 医政地発0713第2号/健難発0713第1号より]

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売元]

高砂医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-2

お問い合わせ窓口:

TEL:03-3815-0156 FAX:03-3815-5361