

機械器具 38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000

整形用レトラクターSN

【警告】*

- ① 本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。【折損の原因となる】
- ② 本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱い及び改造を行わないこと。【製品の寿命を著しく低下させる】
- ③ 全ての手術器具は、使用によって受ける反復的応力により疲労にさらされる。明らかな疲労が見られる場合には使用せずに新しいものと取り換えること。【様々な不具合の原因になると考えられる】

【禁忌・禁止】*

- ① 本書記載の【使用目的又は効果】以外の使用目的には使用しないこと。【誤った使用方法は本品の折損その他予期せぬ事象を招くおそれがある】

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

軸様のハンドルをもつ手術器具をいう。ハンドルは様々な形状があり、遠位端に向かって先細になっている。遠位端は丸い先端または尖った先端に向かってカーブしているものもあれば曲がっているものもある。

2. 形状、構造

ステンレス製で、形状は様々なものがある。

本品は、その材質に変更がなく、当該品目が対象とする使用部が変更にならない範囲において、その使用者の使いやすさの向上を目的に使用者の求めに応じて形状に変化をつけたものである。

形状の例を示す



3. 原理

先端部で組織を挙上又は牽引することにより、手術部位の露出、維持、又は空間の確保を行うことができる。

4. 組織・体液に接触しうる部位の原材料*：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】*

整形外科領域における組織の挙上又は牽引により、手術部位の露出、維持、又は空間の確保のために用いる。

【使用方法等】***

本品は出荷時、未滅菌であるため、使用前及び再使用前には適切な方法で洗浄し、以下の条件又は各医療機関で検証された条件により高圧蒸気滅菌を行い、滅菌後の無菌性の保証については、各医療機関にて行うこと。

洗浄・滅菌方法の代表例

以下に洗浄・滅菌方法の代表例を示したが、洗浄・滅菌に当たっては院内の規定に従うこと。

洗浄方法代表例

- (1) 製造元の指示に従い、医療機器用の中性洗剤を準備する。
- (2) 柔らかい毛のブラシあるいは柔らかく清潔な布で、洗浄液に浸したまま手で本品を洗浄する。溝部分などは念入りにブラシで洗浄する。
- (3) 温水で少なくとも1分以上流し、十分にすすぐ。
- (4) 洗浄後、目視にて血塊等がないことを必ず確認する。
- (5) 清潔な柔らかい布を用い、完全に水気を取る。

滅菌方法代表例（滅菌条件）

高压蒸気滅菌（日本薬局方/微生物殺滅法）

115～118°C 30分間

121～124°C 15分間

126～129°C 10分間

【使用上の注意】***

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の先端部は特に取り扱い、洗浄・滅菌方法、保存状態により、腐食、損傷、破損、掻きキズなどを生じさせる恐れがあるので注意すること。又、異常が見られる状態（腐食、ひび、欠け、曲り、磨耗）では使用しないこと。
- (2) ①本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオント病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
②本品がプリオント病の感染症患者への使用及びその感染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。
③本品がプリオント病の感染患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、プリオント病感染予防ガイドラインに従った対

整形用レトラクターSN

応を行うとともに、プリオントロボン不活性化に必要な洗浄・滅菌が行われないまま別の患者に使用されることがないようにすること。

[令和3年7月13日 医政総発0713第1号/医政地発0713第1号/健難発0713第3号/薬生機審発0713第1号/薬生安発0713第1号/薬生監麻発0713第21号に基づく記載] **

【保守・点検に係る事項】

- ・日常点検及び使用前点検を行い、正常に作動していることを必ず確認すること。
 - ・本品の使用後は血液、体液が乾燥する前に直ちに洗浄を行うこと。
 - ・血液や残片物を取り除き、稼動部分が全て十分に洗浄されているかを確認すること。また、洗浄時に他の器具との接触による損傷をさせないように配慮すること。
 - ・洗浄後は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置しないこと。ステンレス鋼は錆びにくい材質ではあるが、保存条件によっては腐食が発生することがある。
 - ・本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液にさらされた場合には、直ちに流水で洗浄すること。

この添付文書は、本品を安全にご使用いただくためのものです。
この添付文書をよくお読みになり、内容を十分ご理解された上で
ご使用ください。

【主要文献および文献請求先】 **

令和元年度厚生労働科学研究「プリオント病のサーバイランスと感染予防に関する研究班」及び日本神経学会
「プリオント病感染予防ガイドライン（2020年版）」
http://prion.umin.jp/guideline/pdf/cjd_2020v6.pdf
[令和3年7月13日 医政地発0713第2号/健難発0713第1号より]

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

〔製造販売業者〕
高砂医科工業株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-2

お問い合わせ窓口：