900343674

13-2 アイパック

*2017年5月改訂（第2版、新記載要領に基づく改訂）

医療機器届出番号：13B1X00211000006

2010年3月作成（第1版）

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDNコード：35531000

アイパック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

本製品は、使用1回限りの製品である。一度開封した製品の再滅菌、再使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

本製品は、不織布又はプラスチックから成る手術部位を覆う開放部を持つ滅菌したドレープ（製品によっては粘着テープ、フルイドキャッチバッグ及びノーズブリッジ付）である。

【使用目的又は効果】

本製品は、眼科手術時に汚染から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いるドレープである。

【使用方法等】

開放部もしくは粘着テープになっている部分を患者の患眼部分に当てて使用する。必要に応じてフルイドキャッチバッグをドレープに貼り付けて使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

本製品を使用する前に必ず異常がないかを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

〈有効期限・使用の期限（耐用期間）〉

包装の使用期限の欄に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

*【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社

電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）