13-3 アイパックニュー

*2017年6月改訂（第2版、新記載要領に基づく改訂）

医療機器届出番号：13B1X00211000007

2009年2月作成（第1版）

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDNコード：35531000
アイパック ニュー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

本製品は、使用1回限りの製品である。一度開封した製品の再滅菌、再使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

本製品は、開放部を持つ不織布であり、手術部位を覆う滅菌した布である。

【使用目的又は効果】

眼科手術時に、汚染から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具である。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。

【使用方法等】

開放部もしくは粘着テープになっている部分を患者の患眼部分に当てて使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

本製品を使用する前に必ず異常がないかを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

有効期間：包装の使用期限の欄に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

*【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社

電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）