機械器具01 手術台及び治療台
一般医療機器 眼科診療・処置用椅子 15723000

オフサルミックチェアー　UN-１５

【形状・構造及び原理等】

1.　本品は、以下により構成される。
(1) シート
(2) ヘッドレスト
(3) フットスイッチ

2.　機器の分類
電撃に対する保護の程度：B形機器
電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器

3.　電気的定格
電源電圧：AC100V、AC120V、AC230V
電源周波数：50-60Hｚ

４．寸法及び重量
寸法：660W)×610(D)×1255(H)
重量：110kg

５．作動・動作原理

・シート部の昇降
油圧モーターポンプの作動によりタンク内の作動油がシリンダーに送られ、ピストンが押し上げられ、連結したシートが上昇する。
電磁弁で閉鎖されているシリンダーからタンクに戻る回路が開かれ、自重により作動油が戻りシートが下降する。

・リクライニング機能
リンク機構により手動方式でリクライニングさせることができる。
ハンドルのレバーでリクライニングのロックを解除できリクライニング角度を調節することができる。

・平行移動機構
アームレスト及びステップはリンク機構により、正立状態から65°までリクライニングした状態でも水平状態を保たれる。

【使用目的又は効果】

眼科検査、治療または処置のとき、被検者用に使用する。被検者には負担が少なく検者には検査、治療または処置をし易くするために用いる。

【使用方法等】

1) 被検者を本器に座らせます。
2) 被検者の向く方向が決定したらブレーキレバーでシートの旋回を固定します。
3) 検査、治療または処置の内容により、フットスイッチでシートを昇降させ、高さを調節します。また、ハンドルのレバーでリクライニングのロックを解除し、バックレスト及びカーフパッドのリクライニング角度を調節します。

【使用上の注意】

1. 機器を設置するときは次の事項に注意すること。

・水のかからない場所に設置する。

・気圧、温度、湿度、通風、日光および塵埃、塩分、硫黄分などを含んだ空気により、悪影響の生ずる恐れのない場所に設置する。

・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)がない安定した場所に設置する。

・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所で使用しない。

2. 使用前の注意

・各部の機能が正確かつ安全であることを確認する。

3. 使用中の注意

・機器全般に異常のないことを絶えず監視する。

・機器の異常が発見された場合には、安全な状態で機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じる。

4. 使用後の注意

・長期保管する場合には、本器に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管する。

5. その他の注意

・故障したときは適切な表示を行い、修理依頼をする。

・機器の改造等は絶対にしない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

下記の条件で保管すること。

温度:-10～+55℃

相対湿度:10～95%(結露のないこと)

気圧:700～1060hPa

2. 耐用期間

適切な使用を行った場合に限り、8年

3. 保管

・水のかからない場所に保管する。

・気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所に保管する。

・傾斜、振動、衝撃等がない安定した場所に保管する。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常の手入れ

・清掃は柔らかい布で乾拭きしてください。

・汚れがひどいときには薄めた中性洗剤をしみ込ませ、硬く絞った布で拭く。その後、乾拭きを行う。

2. 取扱い業者による保守点検

・使用者による保守点検と同等の内容

・装置の機能、性能に関する保守点検は取扱い業者では行わず製造販売業者へ連絡をしてください。

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社タカギセイコー
製造業者　　：株式会社タカギセイコー

取扱説明書を必ずご参照ください