

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 天然ゴム製検査・検診用手袋 70977000

ユニグローブ ウルトラ フィット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

過去に天然ゴムによるアナフィラキシー様症状の既往症のある医療関係者の使用及び患者への使用を禁止します。

【形状・構造等】

本品は天然ゴムを使用しております。

【使用目的、効能又は効果】

本品は手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する目的の未滅菌の使い捨て天然ゴム製手袋で 1 回限り使用で、再使用はできない。

【品目仕様等】

(1) 引張強さ

老化前 : 21 MPa 以上 老化後 : 16 MPa 以上

(2) 切断伸び

老化前 : 700% 以上 老化後 : 500% 以上

【操作方法又は使用方法等】

装着する際に破れたり、穴が開くことがあるので注意して下さい。

【使用上の注意】

- (1) 本品はディスプレイ製品です。1 回限りの使用で再使用しないで下さい。
- (2) 本品は検査、検診用であり、手術用には使用できません。
- (3) 天然ゴムによって、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがあります。
使用者又は患者にこのような症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師による適切な処置を受けて下さい。
- (4) アレルギー症状には、即時型（天然ゴムラテックスに含まれる蛋白によるもの）と遅发型（ラテックス硬化のために使用される、主として加硫促進剤等の添加剤の化学物質によるもの）があります。
- (5) 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意して下さい。
- (6) 本品は熱いものに触れないで下さい。

- (7) 汚れやその他の外観不良が認められた場合は使用しないで下さい。
- (8) 刃物など鋭利な器具に触れると、破れたり穴があくことがありますので注意して下さい。
- (9) 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので確認のうえ使用して下さい。

【貯蔵、保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 水濡れに注意し、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

2. 使用の期限

- (1) 製造年月より 3 年（自主基準による）

【包装】

100 双／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 : 株式会社タイオックス

〒224-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 8 番 33 号

TEL : 045-943-1951

原産国 : マレーシア

製造業者 : N.S. UNI-GLOVES SDH.BHD

エヌエス ユニグローブ有限会社

【発売元の名称及び住所等】

発売元 : フィード株式会社

横浜市西区みなとみらい 2-3-3 クイーンズタワー

カスタマ・サービスデスク

TEL : 0120-004-502