

【禁忌・禁止】

- ・本品から作成した装置を口腔内に装着してアレルギー反応を発症した患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**概要**

本品は、歯面に対して歯列矯正装置を正しく位置決めするために用いる。

構成品

1) ストローマン エンゲージャーテンプレート用シート

(1) ラウンド型(製品識別番号:021-023)

直径:125mm 厚さ:0.5mm

原理

本品は、歯面に対して歯列矯正装置を正しく位置決めするために用いる。

原材料

グリコール変性ポリエチレンテレフタレート

コポリエステル

【使用目的又は効果】

歯面に対して歯列矯正装置を正しく位置決めするために用いる。

【使用方法等】

1. 本品を歯科技工用成型器に通法にてセットする。
2. 模型を歯科技工用成型器にセットする。
3. 歯科技工用成型器の使用方法・操作方法に従って加圧成形を行う。
4. 冷却後、模型から成形品を取り外し、余剰部分をトリミングする。
5. 辺縁等を仕上げてエンゲージャーテンプレートが完成する。
6. エンゲージャーテンプレートにレジンを入れておく。
7. 口腔内に設置する。
8. レジン硬化後、エンゲージャーテンプレートを取り外す。

成形条件：使用する歯科技工用成型器の成形条件に従い、本品を加熱して軟化させ加圧成形を行う。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 本品をトリミングする際は、使用マニュアルに従って適切に行うこと。

【保管方法及び有効期間等】**保管方法**

- ・常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ストローマン・ジャパン株式会社

連絡先：0120-689-930

外国製造業者：ClearCorrect Operating, LLC(クリアコレクト社)

外国製造業者国名：アメリカ合衆国