

【禁忌・禁止】

<適用患者>

次の患者には使用しないこと。

- ・本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者
- ・インプラント埋入部位の骨質・骨量がインプラントを支持するのに不十分な患者。[オッセオインテグレーションが得られず、脱落等の恐れがある。]
- ・出血性素因を有する患者。[異常出血を起こす恐れがあり、手術部位の治癒が不良になる恐れがある。]
- ・コントロールされていない糖尿病患者。[手術部位の治癒不良及び易感染性が高まる恐れがある。]
- ・一般的な口腔外科手術が禁忌とされる患者。[侵襲により疾患の悪化、既往症の再発もしくは術後の手術部位の治癒が不良になる恐れがある]
- ・骨の成長過程が完了していない患者。[顎骨形成不良の要因となる恐れがある。]
- ・悪性腫瘍等により放射線照射や化学療法を受けている患者。[手術部位の治癒が得られない恐れがある。]

<使用方法>

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止（クロージャーキャップ、ヒーリングアバットメント）

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、無歯顎又は部分無歯顎を有する患者の上顎骨又は下顎骨に埋植された歯科用インプラントフィクスチャに暫間的に固定して上部構造体の支台となる又は歯肉が治癒するまで使用する歯科用インプラントアバットメントである。
本品の一部はガンマ線により滅菌されて供給される単回使用医療機器である。

2. 形状

1) アバットメント

i) クロージャーキャップ



ii) ヒーリングアバットメント



(3) テンポラリーアバットメント

i) クラウン用



ii) ブリッジ用



2) ベーサルスクリュー

下記と同一の構成品が同梱される。

販売名 (構成品)	承認番号
ストローマン Variobaseアバットメント TLTF (ベーサルスクリュー(クラウン用、ブリッジ/ パー用))	30700BZX00146000

3. 原理

クロージャーキャップ、ヒーリングアバットメントはインプラント埋入後の軟組織の治癒期間中に、インプラントの上部を保護する。
テンポラリーアバットメントは、ベーサルスクリューによってインプラントに固定し、上顎又は下顎において暫間的な上部構造体（クラウン、ブリッジ、又はパー固定式デンチャー）の支台となる。

4. 原材料

クロージャーキャップ、ヒーリングアバットメント：純チタン グレード4
テンポラリーアバットメント：チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントフィクスチャに暫間的に固定して上部構造体の支台となる又は歯肉が治癒するまで使用する歯科用インプラントアバットメントである。

【使用方法等】

1. 併用医療機器

本品はストローマン社が指定するインプラントコンポーネント並びに併用手術器具とのみ併用すること。インプラント接続部(ティッシュレベルトルクフィットコネクション)のサイズ略称(NT、RT及びWT)と一致する構成品と組み合わせ使用する。

2. 使用前の手順

本品のテンポラリーアバットメントは未滅菌品であるので、口腔内に入れる前には高圧蒸気滅菌を行うこと。なお、滅菌後の製品は保管せず、すぐに使用すること。

《推奨する滅菌条件》

方法：高圧蒸気滅菌（プレバキューム方式）

条件：132℃/134℃、3 分

3. 使用方法

1) インプラントの埋植後以下を選択して、ドライバを用いて下記トルク推奨値でインプラントに装着する。これらはインプラントを保護するだけでなく、歯肉形状を形成する役割を果たす。

暫間アバットメントであるため、最長 180 日間を使用限度とする。

アバットメント名称	用途	トルク推奨値
クロージャーキャップ	2 回法の一次手術。粘膜非貫通型の暫間アバットメントとして使用する。	14Ncm 以下
ヒーリングアバットメント	1 回法又は 2 回法の二次手術。粘膜貫通型の暫間アバットメントとして使用する。	
テンポラリーアバットメント	1 回法又は 2 回法の二次手術。用時加工により歯冠形態を付与したものの(歯科技工物)を暫間的に使用する。	15-35Ncm (十分なオッセオインテグレーションが得られている場合のみ、35Ncm まで締め付け可能)

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 設計においては、インプラント及びアバットメントへの負荷及び周辺組織への影響を十分に考慮し、本品の種類及びサイズを選択すること。
- (2) 本品の装着には適切なインストルメントを用いること。
- (3) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- (4) 本品を装着する際は、フィクスチャの内面を十分洗浄すること。
- (5) 術中は患者の全身のおよび口腔内の状態を監視し、異常が認められた場合は治療の中止等を含め、患者の安全を確保すること。
- (6) 術後の定期的な診査を行い、必要に応じて適切な処置を講ずること。

【使用上の注意】

【使用注意（次の患者には慎重に適用すること）】

- (1) 咬合障害、パラファンクション(ブラキシズム等)を有する患者。[インプラントや補綴物の破損により外傷が生じ、再手術が必要になる恐れがある。]
- (2) 周術期の喫煙者。[創傷の治癒が得られない恐れがある]
- (3) 放射線治療の既往歴がある患者。[手術部位の治癒が得られない恐れがある]
- (4) 長期間に及ぶステロイド療法実施患者あるいは抗凝固薬、抗血小板薬を使用している患者。[手術部位、周囲組織、又は患者の治癒機能に影響する場合がある。]
- (5) 免疫抑制薬を使用している患者。[手術部位の治癒及び予後に影響する場合がある。]
- (6) 治療に非協力的な患者、口腔衛生管理・術後管理ができない患者[術後のケアが困難になる恐れがある。]

【重要な基本的注意】

- (1) インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」（公益社団法人日本口腔インプラント学会編）等の最新情報を参考に行うこと。
- (2) 非臨床試験によって本品はMR Conditionalであることが示されている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全にMR検査を実施することが可能である。（自己認証による）

静磁場強度	1.5T 又は 3T
静磁場強度の勾配	4,000gauss/cm(40T/m)
MR装置が示す全身最大SAR (Specific Absorption Rate)	2W/kg(通常操作モード)

上記条件で15分のスキャン時間において本品に生じうる最大の温度上昇は4.9℃以下である。

本品が3TのMR装置における勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から10mmである。

【相互作用】（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

<併用注意>

- (1) 電気メス・高周波メス等は手術時にインプラントに接触しないように注意すること[意図しない発熱やスパークが発生する恐れがある]

【不具合・有害事象】

- (1) 不具合
 - ・誤飲
 - ・インプラント、アバットメント、他のコンポーネントやツールの損傷

取扱説明書を必ずご参照ください

- ・アバットメントや他のコンポーネントの締結部の緩み
- ・不適切な最終補綴物、クラウン、ブリッジ、オーバーデンチャー又はその他の補綴物の不具合
- ・インプラントの破損
- ・インプラントの喪失(脱落)及び/又は撤去

(2) 有害事象

- ・掌跖膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)
- ・患者の咀嚼機能不全

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

[使用期限]

- ・直接の被包に記載（クロージャーキャップ、ヒーリングアバットメント）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製 造 販 売 業 者	：	ストローマン・ジャパン株式会社
連 絡 先	：	0120-689-930
外 国 製 造 業 者	：	Institut Straumann AG（ストローマン社）
外国製造業者国名	：	スイス連邦