

※※2023年 3月（第4版）
※2020年10月（第3版）

届出番号 14B3X10016000007

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

タケトラ滅菌X線造影材入りガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。

内部にX線造影材を含むことにより、X線にて検知することができる。

本品は、滅菌してある。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

使用後は、感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

使用期限〔自己認証（自社データによる）〕を、袋及び外装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

※※商品に関するお問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-094-315

※※製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター
湖北金士達医用産品有限公司（中国）
（KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd）