

2015年1月(第2版)

届出番号 08B3X0000700003

2008年10月1日(第1版)

歯科材料 8 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

## イージーウックス

### 【形状・構造等】

下記成分により構成される。

#### 1. 形状

缶入り60g,及び板状500g

#### 2. 成分

パラフィンワックス、その他

所に保管してください。

### 【包装】

60g缶入り

### 【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 チヨーワ株式会社

住所 〒316-0002

茨城県日立市桜川町3丁目9番10号

電話番号 0294-32-2581

販売元 株式会社ビビデント

住所 〒286-0045

千葉県成田市並木町219-157

電話番号 0120-060841

### 【性能、使用目的、効能又は効果】

#### 1. 性能

歯科インレー・鋳造用ワックス

融点 : 60度

### 【包装】

60g缶入り

### 【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 チヨーワ株式会社

住所 〒316-0002

茨城県日立市桜川町3丁目9番10号

電話番号 0294-32-2581

販売元 株式会社ビビデント

住所 〒286-0045

千葉県成田市並木町219-157

電話番号 0120-060841

### 【操作方法又は使用方法等】

#### 1. 使用方法

- 1) 固形の状態で加熱したインスツルメントで、溶かしとて築成してください。
- 2) 石膏模型からの離型性を良くする為、必ず分離材を使用してください。
- 3) 記載の用途以外には使用しないこと。
- 4) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

#### 2. 重要な基本的注意

- 1) 加熱したワックスを皮膚等に付けないよう注意してお取り扱い下さい。万が一やけどした場合は、速やかに薬を塗布し、専門医に診せてください。
- 2) ワックスバス等で長時間溶融状態におくと、色素分離しますので、ご注意下さい。(不透明色のみ)

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 直射日光に直接あたる場所に長期間放置すると、脱色する可能性があります。
- 3) 開封後に保管する場合は、缶等の光を遮断する容器に保管してください。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 5) 溶融状態を長時間続けますと、変色する場合があります。

#### 2. 使用期限

特に使用期限は定めないが、直射日光が直接当たる場所に長期間放置すると、変色や物性が変化する場合があります。容器に入れ直射日光の当たらない場