

医 04 整形用品
一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット（33961001）

ケアセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

一般的な処置(消毒、止血等)を行うために下記の構成品を2品以上組み合わせた滅菌済キットである。

【使用目的又は効果】

本品は、一般的な処置(消毒、止血等)を行うために使用し、迅速な処置、利便性のために必要な医療機器を予め組み合わせたセットである。

【使用方法等】

包装から取り出し、不潔にならないように注意しながら使用する。

単回使用である。

【使用上の注意】

包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。

一度開封したものは滅菌状態が保てない為すぐに全量を消費すること。

使用后破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。

体内に留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

有効期間 容器又は被包に表示(自己認証)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ツムラ TEL 0725-55-2788