＊2024 年　 2 月（第 2 版）
2016 年　11 月（第 1 版）

届出番号：27B2X00306K00027

器 70　歯科用鋳造器
一般医療機器　歯科技工用リング焼却炉　36180000

G3―01　ジー・スリー・ゼロ・ワン

＊【禁忌・禁止】
・コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしないこと。コンセントは 15A 以上で単独回路にすること。［火災・感電の原因となります。］
・アース線を確実に取ること。［感電の原因となります。周囲の機器へ悪影響を及ぼす恐れがあります。］
・本機と壁など周囲の物との距離は、10cm 以上あけておくこと。［火災の恐れがあります。］
・次の異常が起きたらすぐに電源を切って電源プラグを抜き、販売店または当社に修理をご依頼ください。［異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。］
・本体が破損した。
・本体に異物が入った。
・異臭がする。
・煙がでている。
・異常に熱い、など
・ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないこと。［感電の原因となります。］

＊【形状、構造及び原理等】

・使用電圧：100Ｖ1350W
原理：電熱により炉内を高温にし、保温する。

【使用目的又は効果】
歯科技工用として、インレーやクラウン及びブリッジの型からワックスを焼き払い、溶解鋳造合金とするためにインベストメントの固有の状態と温度にするために用いる。

＊【使用方法等】
1）電源コンセントを入れ電源スイッチを入れる。
2）予約タイマーを設定する（使用時のみ）。
3）運転させるプログラムを設定する。
4）予約のタイマーボタンを押す（使用時のみ）。
5）運転を開始する。

＊【使用上の注意】
・本機の外部コンセントには AC100V300W 以下のクリーナーをご使用ください。
・不安定な場所に設置しないこと。水平で安定した机または台の上に設置すること。［バランスが崩れて倒れたり、落下したりして、怪我の原因になります。］
・本機を移動するときは倒さないこと。
・添付文書に示す使用方法以外では使用しないこと。
・鋳造リング用トングをヒーター部分に接触させないこと。
・機器に水を入れたり、濡らしたりしないこと。内部に水が入った場合は、すぐに電源を切って電源プラグを抜き、販売店または当社に修理をご依頼ください。
・装置の使用時、炉部の取り扱いに十分注意すること。非常に高温になります。燃えやすいものなどが、近くにありますと火災の恐れがあります。［人体に触れてしまいますと、火傷の恐れがあります。］
・装置を使用する場所に揮発性液体や、可燃性ガスなどの物質を置かないこと。［火災の恐れがあります。］
・本体を分解しないこと、改造しないこと。＊オプション品も含む。［内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。］また、改造や間違った方法での分解は、火災・怪我の原因になります。内部の点検・調整・修理は、必ず販売店または当社にご依頼ください。
・弊社指定のオプション品以外は使用しないこと。［本体の破損・火災・感電の原因になります。］
・本製品は歯科医院、歯科技工所専用です。他の用途では使用しないこと。
・埋没されたリング以外は、炉内に入れないこと。
・本機を運転させるときは、十分に換気を行うこと。
・本機の炉体部の扉を開閉するときに、指を挟まないこと。
・電源コードは電源プラグを持って引き抜くこと。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
・電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないこと。［傷んだまま使用しますと、感電・ショート・火災の原因になります。］
・使用後は電源スイッチを切ること。また、長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜くこと。［絶縁劣化による感電・火災のおそれがあります。］
・作業前には機器や付属品が損傷を受けていないか確認すること。［けが・火傷のおそれがあります。］
・機器を移動する際にはしっかり両手で持つこと。［重量があるため落下をすると怪我の原因になります。］
・製品が明らかに熱を帯びた場合は、冷えるまで使用を中止すること。［製品が高温の状態のまま使用を継続しますと、火傷・火災の原因となります。］
・使用中は、電気炉には触れないこと。電気炉は非常に高温になります。［人体が接触すると火傷の原因となります。］
・本機をご使用にならないときは、電源スイッチを切っておくこと。

【保守・点検に係る事項】
万一故障が生じた場合は、販売店又は当社までご連絡下さい。
修理調整は全て製造販売業者に依頼して頂き、使用者側では行わないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
大榮歯科産業株式会社
電話：06－6441－3332

取扱説明書は必ずお読み下さい