**2021年3月改訂（第4版）
*2016年8月改訂
医療機器届出番号：13B1X00101000017

機械器具　51　医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器　　カテーテルコネクタ　(JMDNコード：32339000)

サフィードコネクター
(コネクター210・220)

再使用禁止

* **【禁忌・禁止】**
＜使用方法＞
* 再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】
＜構造図＞

【使用目的又は効果】
＜使用目的＞
本品は各種チューブ、カテーテル等の連結に使用する。

【使用方法等】
1. 汚染に十分注意し、本品を包装から取り出す。
2. コネクターをチューブ・カテーテル等と確実に接続する。
適合チューブ内径：コネクター210：8.6～10.0mm
コネクター220：7.6～ 9.0mm

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
チューブ・カテーテル等の接続が不十分な場合は、抜けることがあるので確実に接続すること。

【保管方法及び有効期間等】
＜保管方法＞
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
＜有効期間＞
使用期限は外箱に記載（自己認証による）

** **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者：**テルモ株式会社**
電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター
** 外国製造業者：泰尔茂医療産品（杭州）有限公司
Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd.
** 国　　名：中華人民共和国