機械器具(67)　歯科用防湿器
一般医療機器　歯科用ラバーダムクランプ　JMDN ｺｰﾄﾞ：15712000

Ｃｌｕｂ　ＧＰ　ラバーダムクランプセット

【形状・構造及び原理等】
(1) 本品の材質は、ステンレス鋼である。
(2) 本品は表面仕上げがつや消し(マット)のクランプのセットである。

［クランプの形式］（左から）
201 ﾏｯﾄ，ﾃﾞｨｽﾀﾙｸﾗﾝﾌﾟ ﾌﾞﾗｽﾄ
W8A ﾏｯﾄ，W2A ﾏｯﾄ，W2A ﾏｯﾄ
9 ﾏｯﾄ，44 ﾏｯﾄ，44 ﾏｯﾄ

クランプボード



ウルトラライトケース　Ｓ

〈原理等〉
本品はバネ性を有し、左右に広げることでバネ力により歯牙に装着される。

【使用目的又は効果】
歯頸部にラバーダムを押さえつけるために用いる。

【使用方法等】
［使用方法］
(1) クランプをクランプボードのピンに掛け、収納・保管、チェアサイドでの整列をする。そのままオートクレーブで滅菌することも可能である。
(2) 最適なクランプの形式を選択し、試適する。
(3) ラバーダムにラバーダムパンチを用いて穴を開ける。
(4) 本品をラバーダムの穴に通し、ラバーダムクランプ鉗子で本品とラバーダムを同時に把持して治療部位に適合させる。その際通法に基づき、必要に応じて麻酔等の処置を行う。
(5) ラバーダムをラバーダムフレームに掛ける。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
(1) 誤嚥防止のため、あらかじめ本品にフロス等を付けておくこと。
(2) 周辺歯肉等を挟み込まないよう注意すること。

【使用上の注意】
［重要な基本的注意］
(1) 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件に基づき洗浄、滅菌を行うこと。
(2) 破損の恐れがあるため、必要以上に本品を広げないこと。
(3) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄すること。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
(1) 腐食を防ぐため、洗浄後は直ちに乾燥させ、湿気の少ない場所に保管すること。
(2) 汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
(3) 製品の識別のため、商品ラベルを大切に保管すること。

【保守・点検に係る事項】
［使用者による保守点検事項］
使用前に、汚れ、傷、曲がり、損傷等の異常がないか点検すること。

［洗浄・滅菌方法］
(1) 強アルカリ／強酸性洗剤又は消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用しないこと。
(2) 金属たわし、クレンザー等は、器具の表面が損傷するので使用しないこと。
(3) 滅菌は 132℃で 5 分間または 121℃で 20 分間のオートクレーブ滅菌とする。
※洗浄および滅菌の際にウルトラライトケース　Ｓを使用することができる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
株式会社デンテック
〒174-0053　東京都板橋区清水町５３－５
TEL：03-3964-2011
FAX：03-3962-5624