添付文書

作成年月日： 2011年8月12日
改定年月日：

製造販売届出番号： 11B2X00040000400
医療機器製造販売業許可番号： 11B2X00040

【一般医療器】 類別：医 06 類別名称：視力表及び色盲検査表 JMDN コード：16800000
一般的名称：視力表 クラス分類：Ⅰ 特定保守：非該当

販売名：#TMI-V5 C ﾗﾝﾄﾞﾙﾄ近距離中距離視力表ｾｯﾄ

〔禁忌・禁止〕
本品を曲げ、等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

〔使用目的、効能又は効果〕
眼科検査時に、視力の測定を行う機器である。

〔形状、構造及び原理〕
30cm･40cm･50cm･70cm･100cm が
各1枚、合計5枚で1セットである。
また、専用架台も付属されている。
視標が「C ランドルト環」で、各検査距離ごとに精密に計算され、両面に印刷されている。
視標には各検査距離のヒモがついており、検査距離が保てるようになっている。

サイズ：30cm×21cm
付属品：アンサーカード

〔操作方法、又は使用方法〕
検査距離を指定の距離に保つ。

片眼を遮蔽して、上から(大きい文字から)横一列を読ませる。

一列の内、50%以上正解したら、次の列へと移動する。

これを続け、最終に読めた列の視力を記録する。

〔使用上の注意〕
知識をもった医療従事者が使用すること。
使用前に破損や印刷面に傷がないか、印字のかすれや視力表の色あせ確認すること。
破損や傷、印字のかすれや色あせがある場合は直ちに使用を中止すること。
使用後は乾いた布で印刷面のほこりを払うこと。

〔保守・点検に係る事項〕
使用前に破損や印刷面に傷がないか、印字のかすれや視力表の色あせ確認すること。
使用後は乾いた布で印刷面のほこりを払うこと。
使用後は直射日光や電球の光に当らない場所に保管すること。

〔貯蔵方法〕
乾いた布で印刷面のほこりを払い、直射日光や電球の光に当らない場所に保管すること。
水のかからない場所に保管すること。
気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に貯蔵･保管すること。

〔製造元〕
Precision Vision
（プレシジョン・ビジョン）

〔輸入先国〕
United States of America
（アメリカ）

〔医療機器製造販売業者〕
株式会社 テイエムアイ
〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10
Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913
医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040