添付文書

作成年月日： 2020年3月5日
改定年月日：

製造販売届出番号： 11B2X00040000584
医療機器製造販売業許可番号： 11B2X00040

【一般医療器】 類別：器71 類別名称：視力補正用眼鏡 JMDNコード：35065000
一般的名称：眼鏡 クラス分類：Ⅰ 特定保守：非該当

販売名：老眼鏡

〔禁忌・禁止〕
・品を曲げ、等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。
・眼鏡を掛けたまま歩いたり、車の運転をしないこと。

〔使用目的、効能又は効果〕
本製品は、視力補正用の眼鏡で、見えずらくなった手元の文字等を見やすくする際に使用する。

〔形状、構造及び原理〕
眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡（老眼鏡）である。
レンズ度数:+0.25～+10.00

〔使用方法〕
・手元の文字等を見る際に使用する。
・掛けはずしの際は、両手でテンプルを持って行う。

〔使用上の注意〕
・本製品は、書類、書物、新聞などの細かい文字を見るためだけの使用として、それ以外の日常生活には使用できません。
・長時間の使用は避け、使用中に万一不快感や視力異常などを感じたときは、医師又は眼鏡店にご相談ください。
・階段の上り下り、段差のあるところでの使用は避けてください。
・太陽光線が当たる場所に放置しないでください。
・汗、整髪料はメッキの剥がれ、変色の原因となる場合があります。又、そのまま使用すると、アレルギー等の原因になることがありますのでご注意ください。
・眼鏡の掛け外しの際は、両手でテンプルを持って行う事。
・眼鏡を置く時は、レンズの凸面を上向きにすること。
・下向きにするとキズの原因になるのでしないこと。

〔保守・点検に係る事項〕
・ゴミやホコリ等が付着した時は、まず水洗いしてから拭くこと。
・カラ拭きはキズの原因となるのでしないこと。

〔保管方法及び有効期間等〕
・ 眼鏡ケースに入れ、直射日光の当たる場所は避けて、室内で保管する。
・ レンズをキズつける恐れがあるので、硬い金属等と一緒にしないこと。

〔製造元〕
Wenzhou Weilan Optiacal Co., Ltd
(ウェンヂョウ ウェラン オプティカル カンパニー・リミテッド)

〔輸入先国〕
中華人民共和国

〔医療機器製造販売業者〕
株式会社 テイエムアイ
〒352-0006 埼玉県新座市新座1-2-10
Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913
医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040