

器 69 歯科用蒸和器及び重合器

一般医療機器 歯科技工用溶接ろう付器 JMDN 70748000

ソルダーマン

【禁忌・禁止】

次の注意事項を必ず守ること。

- ①本器は歯科技工用溶接ろう付器です。他の用途には使用しないこと。
- ②本器の操作は熟練した者が行うこと。
- ③故障と思ったときは使用を中止し、修理は専門家に任せること。

次の行為は危険ですのでやめてください。

- ①機器の改造
- ②不具合、故障状態での使用
- ③未整備状態での使用  
(未整備状態とは、定期点検や日常の点検をしていない状態をいう)

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 熟練したもの以外は機器を使用しないこと。
- 2) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。


周囲に燃えやすい物が無いこと。

- 3) 機器の使用中は次の事項に注意すること。

- ①機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。
- ②機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。

【形状・構造及び原理等】

装置外観図



【使用目的又は効果】

歯科用金属または金属製の歯冠修復物等の溶接、またはろう材料によるろう付けに用いる装置。

【使用方法等】

- 1) 取り付け、設置  
付属の取扱説明書を参照して、水平でしっかりと机に設置すること。
- 2) 操作方法または、使用方法  
機器の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 製造販売業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

\* TEL. 075-672-2118

- 2) 製造業者

デンケン・ハイデンタル株式会社