** 2017 年 7 月（第 5 版）
＊ 2020 年 11 月（第 6 版）


届出番号 26B2X10018000017

器 69　歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器　歯科技工用重合装置　JMDN　35761000

LED キュアマスター

【禁忌・禁止】
トビラを開けて、センサースイッチを操作しないでください。LED ランプが点灯して視力障害を起こす可能性があります。

【形状・構造及び原理等】
装置外観図



【使用目的又は効果】
歯科技工室で高分子材料を重合するために用いる装置をいう。本器は光（LED）を用いて重合を行う。

【使用方法等】
1）取り付け、設置
付属の取扱説明書を参照して、水平でしっかりした机に設置すること。
2）操作方法または、使用方法
本器の詳細な操作方法、及び使用方法は付属の取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】
使用前に取扱説明書の「安全上の留意項目」をお読みください。
1）熟練したもの以外は本器を使用しないこと。
2）本器の使用中は次の事項に注意すること。
・機器から異臭、異音が出るときはすみやかに電源プラグをコンセントから抜き､弊社にご連絡ください。

【保守・点検に係る事項】
詳細については取扱説明書の「お手入れ」をお読みください。
1）機器及び付属品は使用前に点検を行うこと。
2）長い間使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
1）販売業者
YAMAKIN 株式会社
TEL. 0120-39-4929
2）製造販売業者
デンケン･ハイデンタル株式会社
＊ TEL. 075-672-2118
3）製造業者
デンケン･ハイデンタル株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください。