

# ハイバレルⅡ

## 【形状・構造及び原理等】 装置外観図



## 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

## 【使用方法等】

- 1) 取り付け、設置  
付属の取扱説明書を参照し、安定した、しっかりした床に設置すること。
- 2) 操作方法または、使用方法  
機器の詳細な操作方法および、使用方法是付属の取扱説明書を必ずお読みください。

## 【使用上の注意】

- 詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。
- 1) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
    - ① アースが完全に接続されていることを確認すること。
    - ② 装置内の回転機構部に巻き込むような物がないこと。
  - 2) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
    - ① 機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。
    - ② 機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
    - ③ 運転中は装置内の回転機構部が回転している為、フタを開けないこと。
  - 3) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
    - ① 機器の電源を切って、次回からの使用に支障のないように清拭すること。

## 【保守・点検に係る事項】

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 製造販売業者  
デンケン・ハイデンタル株式会社  
\*\* TEL. 075-672-2118
- 2) 製造業者  
デンケン・ハイデンタル株式会社