

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（70815000）

デントレード シラノ

【警告】

歯科診療・治療の目的以外には使用しないこと。

【禁忌・禁止】

アクリレート類に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

**1. 形状



内容量：5ml

2. 主な原材料

エタノール / シラン化合物

3. 原理

本品を修復物や補綴物等に塗布することにより、セラミックスの表面形状を改善し、接着強度を高める。

【使用目的又は効果】

歯科用セラミックスで作製した歯科修復物又は装置の接着に用いる。

【使用方法等】

本品は他のレジン系材料及びレジン系接着材料と併用し、単独で用いることは無い。故に併用品の使用法については其々の使用説明書に従い使用すること。

ホワイトポストの接着強化

ホワイトポストを口腔内又は模型上で試適し、適切な長さに切断した後、アルコール等で清掃、消毒したのち、本品を塗布する。その後は、ピンセット等にて操作し、再度汚染しないように気をつける。弱～中圧のマイルドなエアブローで十分に乾燥させる。
接着する歯科用セメントを使用し合着する。

ポーセレン修復物の接着強化

修復補綴物の接着面をサンドブラスト等材料ごとに要求される前処理を行なったのち、本品を塗布する。再度汚染しないように気をつける。

【使用上の注意】

- 【使用方法等】を確認し、使用すること。
- 本品は可燃性物質であるエタノールを含むため、火気の近くで使用しないこと。
- 目や肌への接触は避けること。
- 本品は室温で使用する。
- 蒸発や劣化を防ぐ為、使用後はしっかり蓋を閉め保管すること。
- 本品を歯科医療有資格者以外が使用しないこと。
- 本品を使用するにあたって、本品が患者の症例に適合するかどうかを、歯科医師が判断すること。
- 本品の容器（ボトル）を消毒する際にはボトルの蓋をしっかりと閉めて、アルコールを使用して消毒すること。消毒の方法は使用の消毒剤の使用法に従うこと。
- 塗布用ブラシ等はディスポーザブル品を使用するか、適切な消毒をして使用すること。消毒方法の詳細は、使用する薬液の添付文書を参照すること。
- 廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従うこと。

*【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 2～27℃
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。
- 本品を高温または直射日光にさらさないこと。
- 本品を火気の近くに保管しないこと。
- 本品をユージノール含有製品の近くで保管しないこと。

<有効期間>

製造日から2年。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

有限会社 デントレード
TEL：072-620-0523

<外国製造業者>

アンジェラス社
Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A
（国名：ブラジル）